

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 1249/01-03-2021

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια τροκάρ μιας χρήσης για γυναικολογικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις του Γ.Ν.Θήρας για έξι (6) μήνες.

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.1195/24.02.2021 εισήγηση του Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

### ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: <a href="mailto:supplies@santorini-hospital.gr">supplies@santorini-hospital.gr</a> και στο fax: 2286035459	04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021	ΠΕΜΠΤΗ	13:00 μ.μ.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

2. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια τροκάρ μιας χρήσης για γυναικολογικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις του Γ.Ν.Θήρας για έξι (6) μήνες. Τα αιτούμενα αναφέρονται παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Οπτικό τροκαρ ατραυματικής δίληξης με προηγμένο σύστημα σταθεροποίησης για προστασία από διαρροή πνευμοπεριτοναίου από τις οπές των τροκαρ και οπή εμφύσησης στο άκρο του τροκαρ.
- Να διαθέτουν κάνουλα διαφανή ακτινοδιαπερατή με ενσωματωμένο διατασσόμενο μπαλονάκι, χωρίς λατέξ, για ασφαλή σταθεροποίηση στο κάτω κοιλιακό τοίχωμα με ελάχιστη έκθεση της κάνουλας στην κοιλότητα, δημιουργώντας την επίδραση ταμποναρίσματος για έλεγχο αιμορραγίας από τα σημεία εισόδου και δακτύλιο στεγανοποίησης στο άνω κοιλιακό τοίχωμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη σταθεροποίηση και μηδενική απώλεια CO2 από τις οπές εισόδου των τροκαρ.

- Με ενσωματωμένο μετατροπέα, για εύκολη εξαγωγή παρασκευάσματος διαμέσου του τροκαρ και αμφίπλευρη τοποθέτηση του τροκαρ στην κάνουλα.
- Να διαθέτουν ειδική οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου χωρίς την ανάγκη χρήση βελόνας verres στη μύτη του τροκαρ παρέχοντας υψηλή εμφύσησης CO2 έως 3 φορές μεγαλύτερη από τη βελόνα verres.
- Να διαθέτουν σήμανση CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Διαμέτρου 5mm μήκους 100mm, τριάντα έξι (36) τεμάχια
- Διαμέτρου 5-11mm μήκους 100mm, δεκαοχτώ (18) τεμάχια

Δύναται να ζητηθεί δείγμα από τους αναδόχους, ώστε να εξασφαλιστεί η συμφωνία του υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές.

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00.
- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 ( Υγειονομικό Υλικό ) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**