

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.:1981/02-04-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο Του Γ.Ν. Θήρας »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.1709/22.03.2021 εισήγηση του Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000 €)** συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021	ΠΕΜΠΤΗ	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την **υγειονομικού υλικού για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Θήρας** .Τα αιτούμενα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να πληρούν τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΛΑΒΙΔΑ ΨΑΛΙΔΙ 5MM	Να είναι αποστειρωμένο κατάλληλο για σύνδεση με διαθερμία, να φέρει μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού.	60

2	ΤΡΟΚΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Τροcar μιας χρήσεως διαμέτρου 5mm με ατραυματικό άκρο με μήκος κάνουλας 100mm. Να διαθέτει λόγχη σχήματος νυστεριού, διαφανή με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης για ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού των σπλάχνων. Να έχουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα. Να διαθέτει βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα τριών οδών CO ₂ .	90
3	SET ΤΡΟΚΑΡ 5/12mm (ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ - 1 ΚΑΝΟΥΛΑ)	Τροcar μίας χρήσεως διαμέτρου 5/12mm, να διαθέτει ατραυματικό άκρο με μήκος κάνουλας 100mm. Να διαθέτει λόγχη σχήματος νυστεριού, διαφανή με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης για ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού των σπλάχνων. Να έχουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα. Να διαθέτει βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα τριών οδών CO ₂ .	60
4	ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ HASSON ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Να είναι διαμέτρου 5/12mm με κώνο σταθεροποιητή και θέσεις στήριξης ραμμάτων για ανοιχτή λαπαροσκοπική τεχνική.	60
5	ΚΥΡΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΩΝ (dissecteur)	Να διαθέτει μακριούς ατραυματικούς σιαγόνες με περιστρεφόμενη και πιστολοειδή λαβή, να συνδέεται με διαθερμία, να είναι διαμέτρου 5mm.	60
6	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5MM	Να διαθέτει ατραυματικές σιαγόνες με περιστρεφόμενο στυλέο και οδοντωτά σκέλη, να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος, να είναι αποστειρωμένη.	100
7	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ L-HOOK 5MM		60

8	ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΑ MEDIUM/LARGE	Να είναι μέγεθος MEDIUM /LARGE, να είναι κατάλληλα για κλιπαδόρο Ackerman, Να διατίθεται σε αποστειρωμένη κασέτα των 6 κλιπ.	120 Συσκευασίες των 6τμχ
9	ΣΑΚΟΥΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ	Να έχει διαμέτρου 10mm Να διαθέτει μηχανισμό χρήσης δύο φάσεων Να είναι μεγάλης περιεκτικότητας 350 ml),	15
10	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ (ENDOLOOP)	Να είναι κατάλληλοι για λαπαροσκοπική επέμβαση σκωληκοειδεκτομή Να είναι μη απορροφήσιμοι	10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 08 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ