

ΑΔΑΜ: 22PROC011791328 2022-12-12

ΑΔΑ: 9ΙΓΦΟΡΡ3-Δ0Ε

Αρ.Πρωτ.: 9328/12.12.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD/DVD (CPV: 32333100-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας το 2023»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.9314/09.12.2022 εισήγηση του Μηχανικού Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500 €)** συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης
Χαμηλότερη Τιμή	12 Δεκεμβρίου 2022

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	9 Ιανουαρίου 2023	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και υπηρεσία εγκατάστασης ενός αυτόματου συστήματος εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD/DVD (CPV: 32333100-7) με τις παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD-DVD.				
1	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο οδηγούς εγγραφής CD/DVD RECORDER	ΝΑΙ		
2	Να διαθέτει inkjet εκτυπωτή ετικετών στην επιφάνεια των εκτυπώσιμων δίσκων CD/DVD	ΝΑΙ		
3	Να είναι νέας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ εκτύπωσης, ALL-IN-ONE(1 μελάνι με ενσωματωμένη κεφαλή για την εκτύπωση όλων των χρωμάτων)	ΝΑΙ		
4	Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θήκες εισαγωγής δίσκων συνολικής χωρητικότητας 100 δίσκων	ΝΑΙ		
5	Να διαθέτει έξοδο 100 θέσεων (εξωτερικό κάδο 100 δίσκων) για εύκολη περισυλλογή των έτοιμων CD/DVD, άμεσα προσβάσιμη χωρίς συρτάρι, ώστε να απομακρύνονται οι έτοιμοι δίσκοι χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει η πόρτα του ρομποτικού και χωρίς να καθυστερεί η λειτουργία του ρομποτικού.	ΝΑΙ		
6	Ονομαστική παραγωγικότητα άνω των 40 CD/ω ή 20 DVD/ω	ΝΑΙ		
7	Να διαθέτει θήκη εξαγωγής των εγγεγραμμένων δίσκων.	ΝΑΙ		
8	Υπολογιστικό σύστημα τύπου All In One: i5 CPU /4GB RAM, HDD 256GB/W10PRO 64 bit, 21"LED MONITOR	ΝΑΙ		
9	Λήψη ιατρικών εικόνων μέσω DICOM από απεριόριστο αριθμό απεικονιστικών συστημάτων	ΝΑΙ		
10	Αυτόματη λειτουργία εγγραφής των ληφθέντων μέσω DICOM ,εξετάσεων/ εικόνων σε CD/DVD. Αυτόματη επιλογή δίσκου CD ή DVD ανάλογα με το μέγεθος της εξέτασης	ΝΑΙ		
11	Επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας για εγγραφή επιλεκτικών εξετάσεων σε CD/DVD	ΝΑΙ		
12	Εμφάνιση των προσωρινά αποθηκευμένων εξετάσεων σε λίστα με ενσωματωμένη λειτουργία επισκόπησης και επεξεργασίας επιλεκτικών εξετάσεων	ΝΑΙ		
13	Να διαθέτει προκαθορισμένη λίστα απεικόνισης των σημερινών εξετάσεων καθώς και αναζήτηση εξετάσεων βάσει ημερομηνίας	ΝΑΙ		
14	Η λίστα εξετάσεων να διαθέτει ρύθμιση επιλογής των εμφανιζόμενων στηλών (στοιχεία ασθενή εξέτασης κλπ) καθώς και ταξινόμηση βάσει επιλεγμένης στήλης	ΝΑΙ		
15	Για την διασφάλιση της επάρκειας του αποθηκευτικού χώρου , να περιλαμβάνει ρύθμιση αυτόματης διαγραφής εξετάσεων βάσει ημερομηνίας	ΝΑΙ		
16	Γραφική ένδειξη της κατάστασης των μεμονωμένων μελανιών και της κατάστασης του συστήματος	ΝΑΙ		
17	Αυτόματη εγγραφή στοιχείων ασθενή και εξέτασης στην εκτυπώσιμη επιφάνεια κάθε δίσκου cd/dvd	ΝΑΙ		

18.	Να εγγράφεται αυτόματα DICOM VIEWER σε κάθε δίσκο για την επισκόπηση και επεξεργασία των εικόνων σε συμβατικούς υπολογιστές	ΝΑΙ		
19.	Να Τυπώνει λατινικούς κι ελληνικούς χαρακτήρες.	ΝΑΙ		
20.	Δυνατότητα DATA STREAMING δυνατότητα ανεξάρτητης εγγραφής διαφορετικών δεδομένων μεταξύ των δύο οδηγών εγγραφής για μαζική αναπαραγωγή πρωτοτύπων.	ΝΑΙ		
21.	Δυνατότητα DATA SPANNING για κατανομή μεγάλου όγκου περιεχομένων σε περισσότερα από ένα CD/DVD.	ΝΑΙ		
22.	Να συνδέεται με USB 3.0	ΝΑΙ		
23.	Να διαθέτει δυνατότητα έγχρωμης ή ασπρόμαυρης εκτύπωσης.	ΝΑΙ		
24.	Να περιλαμβάνεται εγγύηση για τουλάχιστον 1 έτος	ΝΑΙ		

Να κατατεθεί, επι ποινής αποκλεισμού πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τις αντίστοιχες παραπομπές.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 09.01.23 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του προϋπολογισμού του 2023 για το Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ