

ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 7785/4.12.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος βίντεο-λαρυγγοσκόπιου δύσκολης διασωλήνωσης (crn: 33190000-8) και τριών εύκαμπτων ενδοσκοπίων διασωλήνωσης μίας χρήσεως (crn: 33140000-3)»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.7658/30.11.23 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τριάντα μια χιλιάδες ευρώ (31.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ
Χαμηλότερη Τιμή	04 Δεκεμβρίου 2023

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	8 Δεκεμβρίου 2023	Παρασκευή	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος βίντεο-λαρυγγοσκόπιου δύσκολης διασωλήνωσης (crn: 33190000-8) και τριών εύκαμπτων ενδοσκοπίων διασωλήνωσης μίας χρήσεως (crn: 33140000-3), τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω αναλυτικές περιγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

1. Να είναι φορητό σύστημα, με οθόνη υψηλής ευκρίνειας TFT περίπου 8 ιντσών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Να παρέχει εικόνα υψηλής ανάλυσης HD, 1920 x 1200 pixels.
 - Να έχει την δυνατότητα συνδέσεις και προβολής 2 οργάνων ταυτόχρονα.
 - Να διαθέτει 2 εισόδους βίντεο, με εύκολη εναλλαγή μεταξύ τους.

- Να διαθέτει εξόδους USB για μεταφορά εικόνων και βίντεο σε USB flash drive για αρχειοθέτηση και HDMI για σύνδεση σε εξωτερική οθόνη.
 - Να έχει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο σε κατάλληλο μέσω αποθήκευσης και δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών.
 - Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με μέγιστο χρόνο λειτουργίας έως και 2 ώρες και σχετική ένδειξη του εναπομείναντα χρόνου. Να μπορεί επίσης να λειτουργεί και κατά τη φόρτιση.
 - Να διαθέτει ειδική προστασία από τα υγρά και να είναι κατάλληλο για επιφανειακή απολύμανση.
2. Να μπορούν να διασωληνωθούν ασθενείς υπό αναισθησία, αλλά και ξύπνιοι.
 3. Να διαθέτει πλήκτρο για την καταγραφή εικόνων και βίντεο.
 4. Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς και τσαντάκι προστασίας μόνιτορ .
 5. Να μπορούν να συνδεθούν λάμες πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας CMOS που να διαθέτουν ενσωματωμένη πηγή φωτισμού τεχνολογίας LED. Να είναι κατάλληλες για απλό ή μηχανικό καθαρισμό και απολύμανση - αποστείρωση με τις μεθόδους EtO-Gas, Sterrad, Sterris.
 6. Το άκρο της εκάστοτε λάμας να είναι ορατό στην εικόνα για καλύτερο προσανατολισμό.
 7. Να συνοδεύεται από μια λάμα ειδική για δύσκολη διασωλήνωση τύπου D-BLADE πολλαπλών χρήσεων, μια λάμα πολλαπλών χρήσεων τύπου MAC#3 και μια επίσης πολλαπλών χρήσεων MAC#4.
 8. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με λάμες τύπου MAC ,MILLER και βιντεοστυλεού.
 9. Να μπορούν να συνδεθούν εύκαμπτα βρογχοσκόπια και λάμες μιας χρήσης.

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (τμχ. 3)

1. Να είναι πολύ ελαφρύ.
2. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό.
3. Να διαθέτει εύκαμπτο κάτω άκρο για εύκολη προσπέλαση.
4. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο περίπου 3,5 mm.
5. Να έχει μήκος εργασίας περίπου 65cm.
6. Να διαθέτει χειρολαβή για κίνηση (πάνω –κάτω) στο εύκαμπτο άκρο του.
7. Να έχει αντικειμενικό φακό 0° και εύρος γωνίας οράσεως περίπου 90ο
8. Να κάνει γωνιώσεις 140ο / 140ο περίπου.
9. Να διαθέτει κανάλι εργασίες 1,2mm.
10. Να είναι συμβατό με το προσφερόμενο βίντεο λαρυγγοσκόπιο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Τα μηχανήματα και εργαλεία να είναι πλήρη, καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης/ιατρικής πράξης.
- Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, με σαφείς παραπομπές, επι ποινής αποκλεισμού.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών να αναφέρονται υποχρεωτικά στο φύλλο συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχα προσπέκτους, εγκρίσεις κ.λ.π. στοιχεία για να αξιολογηθούν.
- Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου, για λόγους συμβατότητας.
- Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.
- Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη. (Δεν αφορά τα ενδοσκόπια μιας χρήσης)
- Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν υποχρεωτικά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
- Να υπάρχει δυνατότητα παράδοσης έως 31/12/2023

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.29.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ