

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 247/18.01.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την επείγουσα προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης του Γ.Ν. Θήρας που θα καλύψουν τις ανάγκες έως την 31.12.22»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 226/17.01.2022 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	18 Ιανουαρίου 2022

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	25 Ιανουαρίου 2022	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω αναφερόμενων υλικών αποστείρωσης και σύμφωνα με τις αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (STEAM CONTROLLER)	Ο χημικός δείκτης να είναι ενσωματωμένος σε χάρτινη λωρίδα με αυτοκόλλητη ταινία, μη τοξικός με σαφή χρωματική αλλαγή. Η συσκευασία να αποτελείται από σπирάλ σωλήνα 15cm, και διαμέτρου 2mm. Με ημερομηνία λήξης και κωδικό παρτίδας. Να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 285 & 867 – 4 και 867-5 Να διατίθεται με συγκριτικό πίνακα αποτελεσμάτων	20 πακέτα (κάθε πακέτο περιέχει 1 σπирάλ και 200 δείκτες)
2	Θήκες αποστείρωσης με αυτοκόλλητη ταινία Self sealine 140 mmX260mm	Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου, σε διάφορες διαστάσεις. Η θερμοκρασία αποστείρωσης ατμού κυμαίνεται στους 121°C-134°C και στους αερίου στους 30°C-54°C. Η επιφάνειά τους είναι η μία χάρτινη & η άλλη από διαφανές πλαστικό φιλμ για οπτική δυνατότητα του περιεχομένου. Διαθέτουν δύο δείκτες αλλαγής : για κλίβανο ατμού & αερίου. Η συσκευασία του υλικού είναι διπλή (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά). Να μην επιτρέπουν την γραφή στοιχείων στην χάρτινη πλευρά τους προστατεύοντάς τις από τον κίνδυνο διάτρησης αυτής.	140 mmX260mm 10 πακέτα (Κάθε πακέτο περιέχει 200 τεμ)
3	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 7,5cmX200m	Ρολό αποστείρωσης υγρού κλιβάνου χωρίς πιέτες Να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,3,6 Η μια πλευρά να είναι από ανθεκτικό χαρτί >65gr Να διαθέτουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση = ή >10mm όπου να ανοίγει δίχως να αφήνει ινίδια, με διαφανή έγχρωμο φιλμ πολλαπλών στρώσεων Να διαθέτει δείκτες αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους μη τοξικούς και απότομης χρωματικής αλλαγής τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς και εκτός περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή Να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις τυπωμένες στην μπροστινή πλευρά σύμφωνα με το EN 980 Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2cm Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη	7,5cmX200m 6ρολά
	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 100cmX200m		100cmX200m 24 ρολά
	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150cm X200m		150cmX200m 12 ρολά
	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 250cmX200m		250cmX200m 12 ρολά
5	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 LT	Απιονισμένο νερό	50 τεμ
6	ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ		1 ΠΑΚΕΤΟ = 500ΤΜΧ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 25.01.22 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ