

ΑΔΑ: ΨΕΥΒΟΡΡ3-2Θ3

Αρ.Πρωτ.: 1123/24.02.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ταινιών μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων ούρων cρν:33124131-2 με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο αναλυτή για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.828/09.02.23 εισήγηση του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια ευρώ (1.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	24 Φεβρουαρίου 2023

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	7 Μαρτίου 2023	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6000) ταινιών βιοχημικών παραμέτρων ούρων (ΚΩΔ CPV: 33124131-2) με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος σύμφωνα με τις παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΥΡΩΝ
για την εξέταση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ**

1. Να λειτουργεί υπό τάση 220V.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και απλός στη χρήση.
3. Να χρησιμοποιεί ταινίες 10 παραμέτρων για τη βιοχημική εξέταση ούρων :
Glucose(GLU),Bilirubin(BIL),Ketone(KET),SpecificGravity(SG),Blood(BLO),pH,Protein(PRO),Urobilinogen(URO),Nitrite(NIT),Leukocytes(LEU). Οι ταινίες να μπορούν να διαβαστούν και οπτικά χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης του αναλυτή. Οι ταινίες να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξεως (άνω των 18 μηνών). Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα.
4. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 500 ταινιών ανά ώρα.

5. Να είναι συνεχούς φόρτωσης . Οι χρόνοι επώασης να τηρούνται αυτόματα εντός του μηχανήματος και επακριβώς ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του σταδίου της επώασης η φωτομέτρηση, η εκτύπωση του αποτελέσματος και η απόρριψη της ταινίας στα απόβλητα να πραγματοποιείται αυτομάτως.
6. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής LCD καθώς και ενσωματωμένο εκτυπωτή. Να διαθέτει εσωτερικό κλειστό χώρο αυτόματης απόρριψης των χρησιμοποιημένων ταινιών για προστασία του χειριστή, εύκολα και άμεσα προσβάσιμο, χωρητικότητας τουλάχιστον 150ταινιών.
7. Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας λίστας εργασίας μέσω bar-code reader ή χειροκίνητης εισαγωγής στοιχείων μέσω της οθόνης αφής. Μετά τη φόρτωση να ανιχνεύει αυτόματα την κάθε ταινία και να τη συσχετίζει με το barcode του δείγματος.
8. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 1500 αποτελεσμάτων ασθενών. Να έχει τη δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε διάφορες μονάδες (πχ. arbitrary, conventional, ISI) και επίσης να έχει τη δυνατότητα επιλογής της σειράς εκτύπωσης των παραμέτρων. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των παραμέτρων για διόρθωση των αποτελεσμάτων.
9. Να διαθέτει υποδοχές αμφίδρομης διασύνδεσης με εξωτερικό Η/Υ και εργαστηριακό LIS.
10. Να έχει εύκολη συντήρηση (καθαρισμό συστήματος διαχείρισης ταινιών και συλλέκτη αποβλήτων)
11. Να διαθέτει υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα.
12. Να έχει μικρές διαστάσεις επί πάγκου.
13. Τα αναλώσιμα που απορρέουν από την χρήση του αναλυτή(μελάνι,θερμογραφικό χαρτί) να επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 07.03.23 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (Αντιδραστήρια – Αναλώσιμα Υλικά) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ