

ΑΔΑ: 641ΨΟΡΡ3-ΗΥΚ

Αρ.Πρωτ. : 3939/16-07-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3914/14.07.2020 εισήγηση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	16 Ιουλίου 2020

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	23 Ιουλίου 2020	Πέμπτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τύπος αρχείου εγγραφής βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
2. Τύπος αρχείου εγγραφής ήχου: AC-3/AAC LC

3. Τύπος αρχείου εγγραφής: AVCHD/MP4
4. Εσωτερικός σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500GB
5. Αποθήκευση μέσω DVD-R
6. Αποθήκευση σε εξωτερικό USB
7. Αποθήκευση μέσω δικτύου (CIFS)
8. Ανάλυση καταγραφής: τουλάχιστον 1920 x 1080 ή Full HD
9. Καταγραφή 3D
10. Θύρες εισόδου: HDMI (Type A), DVI-D (DVI 19-pin), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type), VIDEO (BNC type), AUDIO (Stereo mini jack), DC IN (DIN 3-pin),
11. Θύρες εξόδου: HDMI (Type A), DVI-D (DVI 19-pin), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type), VIDEO (BNC type), AUDIO (Stereo mini jack)
12. Άλλες διεπαφές: USB (Type A), USB (Type B), Δικτύου (RJ-45, 1000 Base-T/100 Base-TX), REMOTE RS-232C (D-sub 9-pin), REMOTE contact switch (stereo mini jack), REMOTE MONITOR (RJ-45), Γείωση
13. Γενικά: Λειτουργία με +12V έως +24V DC (παροχή ρεύματος με μετασχηματιστή), Ρεύμα λειτουργίας: 3.5A έως 1.8A, Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 40°C, Βάρος 3.2 kg, Διαστάσεις 212.0 x 287.7 x 105.5 mm
14. Παρελκόμενα: CD-ROM με οδηγίες χρήσης, μετασχηματιστής, καλώδιο τροφοδοσίας
15. Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60601-1 για ιατρικές συσκευές
16. Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 23.07.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ