

ΑΔΑ: ΨΔΛΦΟΡΡ3-3ΛΝ

Αρ.Πρωτ.: 4421/10-08-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τριών μηνών»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4362/05.08.2020 εισήγηση του Ουρολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια εκατό ευρώ (1.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	10 Αυγούστου 2020

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	13 Αυγούστου 2020	Πέμπτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω αναλώσιμων υλικών :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΡΜΑ	2	<p>Υβριδικό οδηγό σύρμα ουρολογικό, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol με επικάλυψη PTFE. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0.035'' & 0.038'' και να έχει μήκος 150cm. Το άκρο του σύρματος να είναι ευθύ, να έχει μήκος 5cm, να λεπταίνει σταδιακά, να είναι εύκαμπτο και υδρόφιλο. Το σώμα του σύρματος να έχει ειδικό σχεδιασμό σπειρώματος ώστε να ελέγχεται καλύτερα η διαδικασία εισαγωγής του σύρματος. Το σύρμα να διαθέτει εύκαμπτο τελείωμα ώστε να μην προκαλεί φθορά στο ουρητηροσκόπιο.</p> <p>Υβριδικό οδηγό σύρμα ουρολογικό, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol με επικάλυψη PTFE. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0.035'' & 0.038'' και να έχει μήκος 150cm. Το άκρο του σύρματος να είναι κεκαμμένο, να έχει μήκος 5cm, να λεπταίνει σταδιακά, να είναι εύκαμπτο και υδρόφιλο. Το σώμα του σύρματος να έχει ειδικό σχεδιασμό σπειρώματος ώστε να ελέγχεται καλύτερα η διαδικασία εισαγωγής του σύρματος. Το σύρμα να διαθέτει εύκαμπτο τελείωμα ώστε να μην προκαλεί φθορά στο ουρητηροσκόπιο</p>
2	ΑΠΛΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ	2	<p>Οδηγό σύρμα ουρολογικό, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης σε όλο το μήκος του. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0.035'' & 0.038'' και να έχει μήκος 150cm. Το άκρο του σύρματος να είναι ευθύ, εύκαμπτο, υδρόφιλο, μήκους 3cm.</p> <p>Οδηγό σύρμα ουρολογικό, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης σε όλο το μήκος του. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0.035'' & 0.038'' και να έχει μήκος 150cm. Το άκρο του σύρματος να είναι κεκαμμένο, εύκαμπτο, υδρόφιλο, μήκους 3cm.</p>

3	TUMOR STENTS (νούμερο 6 ch.)	2	<p>Ουρητηρική ενδοπρόθεση για διαχείριση όγκων, 6,7,8Fr, Ανοιχτού Άκρου με οδηγό σύρμα. Μήκους 20/24cm, 22/26cm, 24/28cm, 26/30cm, 28/32cm. Η συσκευασία να περιλαμβάνει ουρητηρική ενδοπρόθεση ανοικτού ακρου, οδηγό σύρμα με μετακινούμενο πυρήνα, σύστημα προώθησης με εσωτερικό καθετήρα. Χρόνος παραμονής της ενδοπρόθεσης έως 6 μήνες. Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και περιβάλλεται από μία επένδυση PTFE. Ευθύ εύκαμπτο άκρο μήκους 3cm. Μήκος οδηγού σύρματος 145cm,νούμερο 6 ch .</p>
4	PIGTAIL Κλειστού Άκρου με Οδηγό Σύρμα (από 3 τεμάχια ch. 4.8 & 6)	6	<p>Σετ ενδοπροσθέσεων rigtail - κλειστού άκρου με οδηγό σύρμα που αποτελείται από: ουρητηρική ενδοπρόθεση κλειστού άκρου, Οδηγό Σύρμα με μετακινούμενο πυρήνα, σύστημα προώθησης με εσωτερικό καθετήρα. Η ενδοπρόθεση να επιτρέπει την κίνηση εμπρός-πίσω καθώς επίσης και την 1:1 ροπή στρέψης. Κατασκευασμένη από Πολυουρεθάνη μαλακής σύστασης, χωρίς λάτεξ. Το πυελικό άκρο να είναι τύπου Pigtail ενώ το άλλο άκρο να έχει ειδική αγκιστρωτή άρθρωση. Διάτρητη τόσο στα ελικοειδή σημεία όσο και σε όλο της το μήκος. Ακτινοσκοπικές σημάνσεις για την σωστή τοποθέτησή της. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι. Χρόνος παραμονής της ενδοπρόθεσης έως 6 μήνες. Τεχνικά χαρακτηριστικά Οδηγού Σύρματος με Μετακινούμενο Πυρήνα: ο πυρήνας να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και να περιβάλλεται από επένδυση PTFE. Ευθύ εύκαμπτο άκρο μήκους 3cm. Μήκος οδηγού σύρματος 145cm με διάμετρο 0,035” ή 0,038” ανάλογα με την διάμετρο της ενδοπρόθεσης , ch 4.8 & 6.</p>

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 13.08.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ