

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 4670/27.8.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4662/27.8.21 εισήγηση της Νεφρολόγου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	27 Αυγούστου 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	6 Σεπτεμβρίου 2021	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα είδη αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες και πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

1. ΦΥΣΣΙΓΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-----------------------	----------	-----------------------

1.Fresenius 5008s (φύσιγγα 650 gr)	160 τμχ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Να είναι χημικά καθαρή και σταθερή σκόνη διττανθρακικών σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας ✓ Να έχει εύκολο χειρισμό ✓ Να έχει μικρό όγκος αποθηκεύσεως
2.Nikisso DBB-0507	60 τμχ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Να μην έχει απώλεια διαλύματος κατά την αποσύνδεση ✓ Να είναι υλικό κατασκευής φιλικό προς το περιβάλλον ✓ Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως ✓ Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων στην είσοδο και την έξοδο του διαλύματος.
3. Fresenius 4008s (φύσιγγα 750 gr)	300 τμχ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Να παράγει ποσότητα διαλύματος διττανθρακικών σε επαρκή ποσότητα για μια αιμοκάθαρση 5 τουλάχιστον ωρών ✓ Να φέρουν τη σήμανση CE

2. ΏΞΙΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Ca1,5K2D1	300 μπιτόνια	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Να φέρουν τη σήμανση CE ✓ Να είναι σε αδρανή πλαστικά δοχεία μιας χρήσης 5Lt ✓ Η επισήμανση των δοχείων να γίνεται με ετικέτες όπου αναφέρονται <ul style="list-style-type: none"> α) Ημερομηνία παρασκευής-λήξης β) Αρ. παρτίδας γ) Οδηγίες παρασκευής τελικού προϊόντος δ) Ονομαστικό όγκο διαλύματος. ✓ Η σύνθεση του τελικού διαλύματος να είναι: Na- 130-145meq/L K+0-3 meq/L Ca+ 0-4 meq/L Οξικό Οξύ 2,5-10 meq/L Διττανθρακικό 32-45 meq/L
2. Ca 1,25 K2D1	480 μπιτόνια	

3. ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ FISTULA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΣ -ΦΛΕΒΑΣ

ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βελόνες 16G	1000 τμχ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Να διαθέτουν back-eye ✓ Να είναι ατραυματικές ✓ Να είναι αποστειρωμένες με γ ακτινοβολία ή ατμό ✓ Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ιατρικής χρήσης και να είναι επικαλυμμένη με
Βελόνες 17G	200 τμχ	

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>αδρανές υλικό (polydimethylsiloxane) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ο σωλήνας της βελόνας να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό PVC (DEHP-Free) και να διατίθεται με μήκος 150 mm ή 300 mm ✓ Να διαθέτουν κλιπ ς για τη δυνητική διακοπή της αιματικής ροής κατά τη φλεβοκέντηση ✓ Να διαθέτουν περιστρεφόμενη πεταλούδα ✓ Το μήκος της βελόνας να είναι 1'' (25 MM) διαμετρήματος 15-16-17 με πάχος τοιχώματος της βελόνας 97 +_ Microns του τύπου « Εξαιρετικά Λεπτά Τοιχώματα » και να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO: 9626 : 1991 ✓ Να φέρουν τη σήμανση CE ✓ Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της χρήσης τους |
|--|--|--|

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 06.09.21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ