

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 4989/13.9.21

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ:** «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας»

**ΣΧΕΤ:** α. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του Ν. 4782/2021 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.4934/9.9.2021 εισήγηση του εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ ( 32.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	13 Σεπτεμβρίου 2021

### ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: <a href="mailto:supplies@santorini-hospital.gr">supplies@santorini-hospital.gr</a> και στο fax: 2286035459	17 Σεπτεμβρίου 2021	Παρασκευή	13:00 μ.μ.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά αντιδραστηρίων Τροπονίνης και D-Dimer με σύνοδο εξοπλισμό για το εργαστήριο της Ι. Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας για 12 μήνες. Τα αιτούμενα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

α/α	ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Hs -Tnl	TEST	1980
2	D-DIMER	TEST	1800

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ

Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, random access και να μετράει αυτόματα και ποσοτικά σε όλο το εύρος τιμών τους την hs-TnI Υψηλής ευαισθησίας Τροπονίνη I με εύρος (0.0023 – 50 ng/ml) σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (IFCC, ECS) για τη διάγνωση του AMI σε ολικό αίμα ,ορό, πλάσμα ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο 1 ώρας

Να έχει την δυνατότητα να μετρά επιπλέον D-Dimer σε ολικό αίμα με γραμμικότητα 0,005 -5 μg/ml και cut-off 0.5μg/ml για αποκλεισμό πνευμονικής εμβολής και θρόμβωσης.

Επιθυμητή η μέτρηση επιπλέον Βιοδεικτών όπως CK-MB mass , Myoglobin, NT-proBNP, Hs CRP και δεικτών σήψης

Να στηρίζεται στην αρχή της Χημειοφωταύγειας με διαχωρισμό μαγνητικών σωματιδίων, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλή ευαισθησία της μεθόδου

Να δέχεται απαραίτητα απ ευθείας δείγμα ολικού αίματος με EDTA που να μην ξεπερνά τα 100μl, ώστε να είναι δυνατή η λήψη αίματος από όλο τον πληθυσμό, παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες

Να είναι αναλυτής υψηλής ακρίβειας βάσει των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών με CV% χαμηλότερο από 10% στο 99% των φυσιολογικών δειγμάτων στην μέτρηση της Τροπονίνης I.

Η υψηλής ευαισθησίας Τροπονίνη I να έχει εύρος τιμής από 0,0023 ng/ml – 50 ng/ml. Να αποδεικνύονται από σχετική βιβλιογραφία

Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης διαφορετικών δειγμάτων ασθενών ή διαφορετικών εξετάσεων .

Όλα τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση, σε μορφή μονοτέστ. Η βαθμονόμηση να γίνεται με υγρά calibrators προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνθήκη της ακρίβειας των αποτελεσμάτων.

Να είναι συνεχούς ετοιμότητας σε βάση 24ώρου και να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή, με αρχείο ασθενών, μεγάλη οθόνη αφής και ενσωματωμένο εκτυπωτή και να συνδέεται με LIS .

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) έως τις 17.09.21 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80( Αντιδραστήρια Αναλώσιμα Υλικά ) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**