

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 834/10.2.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας για χρονική περίοδο 3 μηνών»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 743/08.02.2022 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €)** συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	10 Φεβρουαρίου 2022

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	22 Φεβρουαρίου 2022	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια του υγειονομικού υλικού που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	STERI STRIP 1/2 ΜΠΛΕ ΚΟΥΤΙ	Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρματος κατασκευασμένες από ίνες	50

2	STERI STRIP 1/4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΥΤΙ	Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρματος κατασκευασμένες από ίνες	50
3	ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ DEE FIX 10cm x 10m GMDN 16866		15
4	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 25G	Να είναι βελόνες υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας τύπου QUINKE, με μήκος 90mm με οδηγό Να είναι μη τοξικές (να μη περιέχουν latex), Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο ερεθισμός της μήνιγγας κατά την εισαγωγή, με στυλεό ανοξείδωτο ατσάλι και διαφανή δακτυλολαβή για την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY. Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους, να διατίθεται με βελόνα εισαγωγής για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσεως.	50
5	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤ ΤΕΣΤ ΠΑΠ		3.000
6	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ XRAY 40X40	Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι ,υψηλής απορροφητικότητας ,άοσμες, κομμένες ισομετρικά και εσωτερικά διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) να φέρει μια ακτινοσκοπική κλωστή υφασμένη και όχι κολλημένη, διπλωμένη 12 ply με γαζιά και κορδόνι, διαστάσεις 40X40cm περίπου	2.500
7	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X20	Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm ² και επαρκούς βάρους gr/m ² . Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10X20 8ply .90cm σε πακέτα των 100m και σε αναδιπλώσεις του 1 μέτρου	15.000
8	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ medium	Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και	10.000

9	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ small	πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (έλεγχος για την ανίχνευση οπών). ΕΛΟΤ EN 455-2 (δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής).ΕΛΟΤ EN 455-3 (αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).Να είναι ελαφρώς πουδραρισμένα. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής.	10.000
10	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 6,5	Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικούελαστικού.Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόποτουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:	800
11	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7	i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.	800
12	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7,5	ii. το υλικό κατασκευής του γαντιού iii. ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»	1.000
13	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 8	v. η μέθοδος αποστείρωσης vi. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) vii. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ	400
14	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5LT ΚΙΤΡΙΝΑ	Να είναι πλαστικά απόρριψης και περισυλλογής αιχμηρών αντικειμένων Να φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα.	120
15	ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	Να είναι σύμφωνα με τα ISO και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να διαθέτουν CE. Να έχουν μήκος 2m. περίπου και πολύ μαλακά επιρρίνια από μη τοξικό υλικό. Ο σωλήνας να έχει ραβδώσεις εσωτερικά ώστε να μη διακόπτεται η παροχή οξυγόνου ακόμη και αν διπλωθεί. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαίος αντιπρόσωπος, το lot number και να υπάρχει η ένδειξη latex free.	1.500
16	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 7	Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή..	80
17	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 7,5	Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή..	80

18	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 8	Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή..	80
19	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 8,5	Ενδοτραχειακοί σωλήνες απλοί με cuff, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι, ατραυματικοί με αποστρογγυλεμένο άκρο, να μην τσακίζουν εύκολα, για στοματική και ρινική εφαρμογή.	40
20	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6x8cm κουτιά των 100 τεμ	Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, με πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις 7x8,5cm±2cm	3.000
21	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 10 cm	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα να υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος.	1.000
22	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 15cm		400
23	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 20cm		200
24	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 30cm		150
25	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5ΛΤ	Αλοιφή ηλεκτροκαρδιογράφου-υπερήχων σε συσκευασία 5lt, αντιαλλεργική, υδατοδιαλυτή με μεγάλη αγωγιμότητα	4
26	ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	Με κλιπς ασφαλείας για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός, ελαστικό, να μην δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα, να έχει τη δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Σε τεμάχια.	15
27	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PATCH ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για monitor και ΗΚΓ, holter διαβρεχόμενα με σφουγγαράκι επαφής εμποτισμένο με υποαλλεργικό gel να μην ξεκολλούν όταν το σημείο εφαρμογής βραχεί ή ιδρώσει, να μην αφήνουν υπόλειμμα συγκολλητικής ουσίας στο δέρμα, να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας, να είναι συσκευασμένα σε ειδικούς φακέλους για να μην επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες.	2.500
28	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ	Ψηφιακό θερμόμετρο με μέτρηση σε χρόνο 10 δευτερολέπτων, αδιάβροχο, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης και δυνατότητα μέτρησης από το στόμα και τη μασχάλη και εγγύηση 2 ετών	20

29	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 14	Καθετηρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. επικάλυψη σιλικονής με κυλινδρικό ακρο, από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτήτος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH ,14,1 και μήκος 40-45 cm	30
30	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY Νο 14	Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας	80
31	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SENGSTAKEN-BLAKEMORE 120cm, Νο 16	Να είναι μιας χρήσης. Να είναι τριπλού αυλού. Κατάλληλοι για αιμόσταση κισρών οισοφάγου. Κατάλληλοι για αιμόσταση κισρών οισοφάγου. Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα. Να διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg. Να είναι μιας χρήσης. Να είναι τριπλού αυλού. Κατάλληλοι για αιμόσταση κισρών οισοφάγου. Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα. Να διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg	2
32	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SENGSTAKEN-BLAKEMORE 120cm, Νο 18		2
33	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ	Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαιπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα	100
34	ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 12m	Από μαλακό αφρώδες υλικό και καλύπτεται με βαμβακερό σωλήνα σε όλο το μήκος. Να μπορεί να κοπεί σε όποιο μέγεθος χρειάζεται	100
35	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ LARGE	Κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό ημίσκληρο και εσωτερική επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό υλικό πλεκτό. Όλα τα υλικά να είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά.	100
36	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM		100
37	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ SMALL		100
38	ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1.8mt + PORT ST ΕΚΑΠΤΥ 1421671	Κύκλωμα αναισθησιολογικών μηχανημάτων μίας χρήσης latex free αποστειρωμένα λείας εσωτερικής επιφάνειας. Να αποτελείται από: 2 σωλήνες 1,80m συνδεδεμένους με συνδετικό τύπου <<Υ>> και extra σωλήνα με ασκό 2lt και ευθύ συνδετικό του ασκού και γωνιώδες συνδετικό. Τα άκρα των σωλήνων να είναι από μαλακό σιλικονούχο υλικό για εύκολη και καλή εφαρμογή.	30
39	ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ Μ.Χ. (HAMILTON)		25

40	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει: • να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm • να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001. • να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία	600
41	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα και όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση.	300
42	ΜΑΣΚΑ FFP2	Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει: • να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm • να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001. • να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία	400
43	ΜΑΣΚΑ FFP3		400
44	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με λάστιχο, με ικανότητα filtraρισματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές) με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα, με λάστιχα ανθεκτικά, μη ερεθιστικές, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης	7.000
45	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11	Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λάμας ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.	200
46	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 15		200
47	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΧ ΠΡΑΣΙΝΕΣ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ)	Μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη με μακριά μανίκια που να καταλήγουν σε ελαστική μανσέτα ή λάστιχο. Να φέρουν δυο δεσίματα.	1.500
48	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ/Χ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ90	Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση	1.500

49	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι από σκληρό χαρτί, μη τοξικό. Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις πέντε ώρες από τη χρήση τους	4.000
50	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ	Πλαστικά μιας χρήσεως, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό	200
51	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΑΚΡΟ 5.0/600	Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από μαλακό κηρίο με επικάλυψη ρητίνης bougie-eschmann. Να έχει επικάλυψη ρητίνης έτσι ώστε να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις. Είναι μεγάλου μήκους 60cm με κεκαμένο ατραυματικό άκρο. Να φέρει ειδική σήμανση βάθους. Να είναι αποστειρωμένο πολλαπλών χρήσεων . Latex free.	1
52	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΑΚΡΟ Μ.Χ. 5.0/700 EK 1450567	Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης από μαλακό κηρίο με επικάλυψη ρητίνης bougie-eschmann. Να έχει επικάλυψη ρητίνης έτσι ώστε να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις. Είναι μεγάλου μήκους 60cm με κεκαμένο ατραυματικό άκρο. Να φέρει ειδική σήμανση βάθους. Να είναι αποστειρωμένο πολλαπλών χρήσεων . Latex free.	1
53	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ	Ουροδοχεία χάρτινα ανδρών, μη χωρητικότητας άνω του 500ml. Να είναι χάρτινα, μη ερεθιστικά και τοξικά και να έχουν ανθεκτικότητα τέτοια ώστε να μην αποσυντίθενται και να παρουσιάζουν απώλειες για τουλάχιστον 30λεπτά από τη στιγμή της πλήρωσής τους.	200
54	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2000CC	1) Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την προβλεπόμενη σήμανση CE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 50418 ΗΜΕΡΟΜ: 31/10/2019 2) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996 3) Σε μεμονωμένη ατομική συσκευασία μιας χρήσεως, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τουλάχιστον τα παρακάτω: α) όνομα/εμπορική ονομασία κατασκευαστή και χώρα κατασκευής β) υλικό κατασκευής γ) ένδειξη ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ δ) μέθοδος αποστείρωσης ε) κωδικοί παρτίδας (LOT) στ) ημερομηνία κατασκευής ζ) σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι ανά ένας Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/02.10.2009). Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων. 4) Κατασκευασμένοι από (μη τοξικό) PVC, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 5) Χωρητικότητας 2.000ml και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml στην μπροστινή πλευρά. 6) Ο σωλήνας να είναι διαφανής, ανθεκτικός, να μην τσακίζει και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm. 7) Με σύννηθες ακροφύσιο σύνδεσης με όλους τους καθετήρες και αποχετευτικούς σωλήνες, με καπάκι.	2.000

55	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ	1) Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την προβλεπόμενη σήμανση CE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 2) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996 3) Σε μεμονωμένη ατομική συσκευασία μιας χρήσεως, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τουλάχιστον τα παρακάτω: α) όνομα/εμπορική ονομασία κατασκευαστή και χώρα κατασκευής β) υλικό κατασκευής γ) ένδειξη ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ δ) μέθοδος αποστείρωσης ε) κωδικοί παρτίδας (LOT) στ) ημερομηνία κατασκευής ζ) σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένοι ανά ένας Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648-ΦΕΚ 2198 τευχ. Β/02.10.2009). Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων. 4) Κατασκευασμένοι από (μη τοξικό) PVC, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 5) Χωρητικότητας 2.000ml και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml στην μπροστινή πλευρά. 6) Ο σωλήνας να είναι διαφανής, ανθεκτικός, να μην τσακίζει και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm. 7) Με βαλβίδα κένωσης	2.500
56	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 150ml	Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 150ml , με βιδωτό καπάκι, μιας χρήσεως.	2.000
57	ΜΠΛΟΥΖΑ (ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. Αποστειρωμένη MEDIUM	Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13795. · να είναι κατασκευασμένη από υλικό non woven, υδροαπωθητικό άριστης ποιότητας . · να είναι απαλή στην αφή και να έχει συμπεριφορά υφάσματος. · να είναι φιλική με το δέρμα και να αναπνέει ώστε να μη δημιουργεί έντονη εφίδρωση στον χρήστη. · να έχει ελαστικές μακριές μανσέτες και να εφαρμόζουν σφικτά στους καρπούς. · να φέρει ρυθμιζόμενο κλείστρο (velcro) στο λαιμό. · να είναι ειδικά διπλωμένη για άσηπτη και γρήγορη τοποθέτηση της. · να έχει διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη. · να φέρει κορδόνια εσωτερικά και εξωτερικά τα οποία να είναι θερμοσυγκολλημένα στο κυρίως σώμα της μπλούζας. · να έχει ενισχυμένες ραφές (πλακοραφή). · να έχει ρέλι γύρω στο λαιμό. · να έχει εσωτερική αδιάβροχη ενίσχυση στα μανίκια με ραφή θερμοσυγκολλημένη. · να έχει θερμοσυγκολλημένη αδιάβροχη ενίσχυση, η οποία να καλύπτει όλο το θώρακα μέχρι τα πόδια. · Σε κάθε πακέτο μπλούζας, να υπάρχουν 2 χειροπετσέτες ·	100
58	ΜΠΛΟΥΖΑ (ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. Αποστειρωμένη LARGE		100
59	ΜΠΛΟΥΖΑ (ΡΟΜΠΑ)ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. Αποστειρωμένη EXTRA LARGE		100

60	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE	<p>Να διαθέτουν ειδικά ανατομικό σχήμα προκειμένου να παρέχουν τέλεια εφαρμογή και άνεση. Το επάνω κάλυμμα (non woven) να είναι υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα στεγνό. Ο πυρήνας της πάνας να είναι διπλά απορροφητικός. Στα πλαϊνά της πάνας να υπάρχουν «φράγματα» αποφυγής υγρασίας. Στην περιοχή των ποδιών να υπάρχουν ειδικές ελαστικές σουρίτσες χωρίς λάτεξ (Latex free) για την αποφυγή διαρροών. Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών-διαλυμάτων, με τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30 εκ. Να διαθέτει βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο +ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. Να έχει επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας luer lock με τη συσκευή χορήγησης.</p>	200
61	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G ΜΠΛΕ	<p>Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών-διαλυμάτων, με τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30 εκ. Να διαθέτει βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο +ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. Να έχει επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας luer lock με τη συσκευή χορήγησης.</p>	500
62	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G ΠΡΑΣΙΝΟ		700
63	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΟΠΗ 50X60 CM 3PLY ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.	Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα μ.χ με οπή 2ply,αδιάβροχα 50x60cm	600
64	ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1L	<p>Να περιέχει ως δραστικά συστατικά συνδιασμό ισοπροπανόλη και ηπροπανόλη σε ποσοστό 63,14% και 14,3% αντίστοιχα. Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες για την ταυτόχρονη φροντίδα του δέρματος (λανολίνη,γλυκερόλη και βουτανοδιόλη). Να μην περιέχει χρώμα ή άλλες χρωστικές ουσίες, να έχει διακριτικό άρωμα και άριστη συμβατότητα με το δέρμα. Με δράση έναντι Gram+, Gram- βακτηρίων, μυκητών, ιών και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Να διατεθούν βάσεις που να προσαρμόζονται στα κρεβάτια του νοσοκομείου (με στρογγυλάδα στο σημείο στήριξης, να κατατεθεί δείγμα) μεταλλικές και επιτοιχίες θήκες μεταλλικές καθώς και αντλίες ψεκασμού.</p>	1.000
65	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 50X50 CM 2PLY ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.	Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα μ.χ χωρίς οπή 2ply,αδιάβροχα 50x60cm	

66	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Με λάστιχο γύρω, αδιάβροχα, πλαστικά, από μαλακό υλικό μεγάλης αντοχής, αντιολισθητικά. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΎΧΙ ΣΕ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ	5.000
67	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	Κάλυμμα κεφαλής υπερήχου αποστειρωμένο χωρίς λιπαντικό	1.440
68	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική συσκευασία, να μην έχουν latex, να είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά.	500
69	ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ)	Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιχέονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να διέρχεται το σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και έξτρα βελόνα με καθετηράκι. Τριών αυλών 15,5-17 και 19-21cm.	10
70	ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 8,5 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ)		10
71	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ Μ.Χ.	Να είναι από υλικό non- woven με ορατή διάτρηση που να επιτρέπει τον αερισμό της κεφαλής, ανθεκτικά στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, υψηλής απαλότητας, υποαλλεργικά, με λάστιχο γύρω γύρω	3.000
72	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΪΛΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ)	Αδιάβροχες, κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο με λάστιχο γύρω γύρω για κάλυψη τις πάνω πλευράς και των πλαϊνών του στρώματος. Να είναι μαλακές, εύκαμπτες για να προσαρμόζονται τις καμπύλες του σώματος για αποφυγή κατακλίσεων. Να μπορούν να πλένονται εύκολα με τα κοινά νοσοκομειακά καθαριστικά	200
73	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML 2,5 ML 5ml 10 ML 20ML	Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη, ατομικά συσκευασμένες μιας χρήσεως. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου) και καθ' όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404 δις(ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελόνων μιας χρήσης». Να πληρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (& τα αντίστοιχα ΦΕΚ): α) Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.Β' 681/91) β) Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β' 384/86) γ) Υ.Α. Α6/ 6404 (ΦΕΚ τ.Β' 680/91)	10.000
74	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML 2,5 ML 5ml 10 ML 20ML		2,5ML 5000
75	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML 2,5 ML 5ml 10 ML 20ML		5ML 10.000
76	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML 2,5 ML 5ml 10 ML 20ML		10ML 3600
77	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML 2,5 ML 5ml 10 ML 20ML		20ML 1000

78	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 3 ML 23G (ECLIPSE)	Να είναι κατάλληλες για δειγματοληψία αρτηριακού αίματος για τη μέτρηση PO ₂ , PCO ₂ , Ph, CO – οξυγονομέτρηση, ηλεκτρολύτες (K, Na, CaCl) & μεταβολίτες (γλυκόζη – γαλακτικά)	300
79	ΣΥΡΡΑΠΤΙ. ΔΕΡ/ΤΟΣ Μ.Χ. 35 ΠΛΑΤΙΑ APPOSE 35 WIDE SKIN STAPLER	Περιστρεφόμενα συρραπτικά δέρματος από ανοξείδωτο χάλυβα, κανονικού μεγέθους διαστάσεων κλιπ 5,5*3,5mm, περιλαμβάνοντα 35 κλιπς. και μεγάλου μεγέθους διαστάσεων κλιπ 7*4mm.	50
80	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	Το ρύγχος διάτρησης να είναι ικανού μήκους, κατάλληλης σκληρότητας και διαμέτρου για το τρύπημα όλων των τύπων ασκών, χωρίς να τσακίζει και χωρίς τη πιθανότητα καταστροφής αυτών (σκίσιμο ή τρύπημα του ασκού και της υποδοχής του) και σύμφωνα με ISO8536/4. 2. Να μην διαθέτει αεραγωγό. 3. Το φίλτρο να έχει πόρους 170-270μm και διηθητική επιφάνεια τουλάχιστον 10cm ² . 4. Το τοίχωμα του σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από 5mm το τέλος του σωλήνα. 5. Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. 17 των προδιαγραφών (πλην της 17.9) για τις συσκευές ορού, ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος.	300
81	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2,5 cm	Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Να κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, να κόβονται εύκολα . Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Διαστάσεις: 7.50cm x 9.1m - Συσκευασία 6 τεμαχίων	300
82	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 7,5cm		120
83	ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ DEE FIX 15cm x 10cm ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ		10
84	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΥΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΕΤΑ 6ΜΗΝΟΥ 500	100
85	ΤΑΧΥΕΠ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 19X72 των 100 τεμ. ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ	Ταχυεπίδεσμος αυτοκόλλητος 19X72 των 100τεμχ τύπου τραυμαπλαστ	5.000

86	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 40x40cm	Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Θα πρέπει να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ. Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή. Υδροφιλα, διπλωμένη 12ply	1.000
87	ΦΙΛΤΡΑ INSUFLATOR		15
88	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΡΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16G ΡΤΕΕ HEUER	Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια.	100
89	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΡΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 18G ΡΤΕΕ HEUER		1.000
90	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΡΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 20G ΡΤΕΕ HEUER		2.000
91	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5kg	Χαρτοβάμβακας απαλός και απορροφητικός. Συσκευασία σε νάιλον πακέτο φύλλων 40x60cm KOMMENOS στη ΜΕΣΗ	100
92	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 50cm ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ	Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση. Σε ρολό πλαστικοποιημένο 50cmx50m. Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών.	100

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 22.02.22 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ