

ΑΔΑ: 616ΠΟΡΡ3-ΛΘΧ

Αρ.Πρωτ.:1482/09-03-2021

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ.946/12.02.21 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 €), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
<b>Χαμηλότερη Τιμή</b>	09 Μαρτίου 2021

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: <a href="mailto:supplies@santorini-hospital.gr">supplies@santorini-hospital.gr</a> και στο fax: 2286035459	12 Μαρτίου 2021	Παρασκευή	13:00 μ.μ.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την **προμήθεια υγειονομικού υλικού για το Γ.Ν. Θήρας**. Τα αιτούμενα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να πληρούν τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>1</b>	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (STEAM CONTROLER)</b>	Ο χημικός δείκτης να είναι ενσωματωμένος σε χάρτινη λωρίδα με αυτοκόλλητη ταινία, μη τοξικός με σαφή χρωματική αλλαγή Η συσκευασία να αποτελείται από σπιδάλ σωλήνα 15cm, και διαμέτρου 2mm Με ημερομηνία λήξης και κωδικό παρτίδας Να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 285 & 867 – 4 και 867-5 Να διατίθεται με συγκριτικό πίνακα αποτελεσμάτων	<b>2400</b>

<p><b>2</b></p>	<p><b>ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ NON WOVEN 130cmx150cm 75cmx75cm</b></p>	<p>Χαρτί αποστείρωσης υγρού κλιβάνου non woven.          Να είναι υγροαπωθητικό, αεροδιαπερατό και βακτηριοστατικό          Να μην έχει μηχανική μνήμη να μην διαπερνάτε από τις αλκοόλες .Να μην αφήνει ινίδια.Να είναι ελεύθερο χημικών ουσιών.Να έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου αποστείρωσης &gt;6 μηνών.Να είναι ανθεκτικό και μαλακό          Να είναι κατάλληλο και για χειρουργικά πεδία          Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868 -1,2. Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2cm</p>	<p><b>30 BT</b>  <b>(10BT 130X150 20BT 75X75)</b></p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 7,5cmx200m 25cmx200m</b></p>	<p>Ρολό αποστείρωσης υγρού κλιβάνου χωρίς πιέτες          Να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,3,5          Η μια πλευρά να είναι από ανθεκτικό χαρτί &gt;65gr          Να διαθέτουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση = ή &gt;10mm όπου να ανοίγει δίχως να αφήνει ινίδια, με διαφανή έγχρωμο φιλμ πολλαπλών στρώσεων          Να διαθέτει δείκτες αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους μη τοξικούς και απότομης χρωματικής αλλαγής τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς και εκτός περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή Να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις τυπωμένες στην μπροστινή πλευρά σύμφωνα με το EN 980          Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2cm          Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη</p>	<p><b>24</b>  <b>(12x2)</b></p>

<p><b>4</b></p>	<p><b>ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ</b></p>	<p>Αντισηπτικό βιοκτόνο σκεύασμα χεριών &amp; δέρματος .          Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ.          Να περιέχει τουλάχιστον 80% αιθανόλη και ενυδατικούς παράγοντες για ενυδάτωση του δέρματος .          Ιοκτόνος δράση, βακτηριοκτόνος μυκητοκτόνος μυκοβακτηριοκτόνος , δράση εντός 30 δευτερολέπτων          Να κατατεθούν μελέτες          Σε συσκευασίες 500 ml με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.  <b>Υποχρεωτική η δωρεάν παραχώρηση τουλάχιστον πέντε (5) συσκευών διανομής αντισηπτικού με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :</b> χωρητικότητα 500ml , κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό , ευκολία στο γέμισμα, με διάφανη περιοχή (παράθυρο) για τον έλεγχο του υγρού, με δυνατότητα ρύθμισης της δόσης από 1ml έως 3 ml ανά χορήγηση.</p>	<p><b>500</b></p>
-----------------	---------------------------------------	--	-------------------

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@gmail.com](mailto:supplies@gmail.com) ή στο fax: 2286035459 έως τις 12 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό ) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**