



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035307
email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Θήρα, 13/03/2017

Αριθμ. Πρωτ. 1394

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ'αριθμ. 2/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 27-1-2017

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ'αριθμ. 2/27-1-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. παρακαλώ όπως προβείτε στην ανάρτηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το « Πρόγραμμα Διαύγεια», του συνημμένου αποσπάσματος υπ' αριθμ. 2^(θέμα 10ο)/27-1-2016 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένη Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας

Μαρία Μαυρικάκη

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ. 8)



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

υπ' αριθμ.02/2017

της δεύτερης (2^{ης}) συνεδρίασης έτους 2017
 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
 με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.”
 της 27/01/2017

Στις Αχαρνές σήμερα την 27/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 17 του νόμου 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 26-11-2004), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α. Ε» και δ. τ «Α. Ε. Μ. Υ. Α.Ε.» στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται επί της οδού Γ. Δαμάσκου αρ. 1 στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στις Αχαρνές, συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.74863/07-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 556./τ.ΥΟΔΔ/18-10-2016.) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθώς και υπ' αριθμ. 28/21-10-20106 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα οι κάτωθι αναφερόμενοι.

Στην παρούσα συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και 4 του καταστατικού, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κ. Μιχάλης Ρούσσος δήλωσε την πρόθεσή του να παραστεί μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσής του στο info@aemy.gr.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι :

1. Μιχαήλ Σταύρου του Αναστασίου, (**Πρόεδρος**)
2. Γεωργία Αθανασίου (**Διευθύνουσα Σύμβουλος**)
3. Μαρία Μαυρικάκη (**Εντεταλμένη Σύμβουλος Γ.Ν.Θ & Αντιπρόεδρος**)
4. Παναγιώτης Γαβράς (**Μέλος**),
5. Γεώργιος Γεωργίνης (**Μέλος**)
6. Κύρος Παγκαλίδης (**Μέλος**)
7. Μιχάλης Ρούσσος (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

 10. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ή σχέση ποιότητας τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό με χρησιδάνειο στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Θέμα 10^ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ή σχέση ποιότητας τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό με χρησιδάνειο στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ.532/27-01-2017 εισήγηση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Εντεταλμένης Συμβούλου του Γ.Ν.Θήρας με θέμα: «Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό με χρησιδάνειο » σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- i) Το Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.204) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις»
- ii) Το Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί», όπως ισχύει
- iii) Το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



iv)

Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

v)

Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α'5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»)

vi) Τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε (Α.Δ.Α 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) περίληψη του οποίου έχει κατατεθεί προς δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η με αρ. πρωτ. 20641/28-3-2016

vii) Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ.22 θέμα 7i/7-9-2016 απόφασης του Δ.Σ.

viii) Την σκοπιμότητα προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό προκειμένου για τη διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων κατάλληλων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε επίπεδο δευτεροβάθμιου νοσοκομείου, που αποτελούν βασικό διαγνωστικό κριτήριο για την ορθή λειτουργία των επειγόντων περιστατικών και των τακτικών ιατρειών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας,

Ως εκ τούτου, η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Γ.Ν.Θήρας & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται

Α. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής προκειμένου για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (random access) και να στηρίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας.
2. Να είναι μικρού όγκου και βάρους, επιτραπέζιος, αυτοτελής μονάδα και όχι σύνθεση περισσότερων μονάδων.
3. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεις ανά ώρα.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

4. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. Να διαθέτει δυνατότητα αρχικής φόρτωσης τουλάχιστον 60 δειγμάτων.
5. Να μετρά τα επείγοντα δείγματα (STAT) οποιαδήποτε στιγμή, άμεσα, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του οργάνου και χωρίς να διαθέτει περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα επείγοντα δείγματα.
6. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 20 διαφορετικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως του είδους των εξετάσεων.
7. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της στάθμης των δειγμάτων. Επιπλέον να προειδοποιεί με οπτικό σήμα πριν εξαντληθεί οποιοδήποτε αντιδραστήριο ή άλλο αναλώσιμο και πριν λήξει η καμπύλη βαθμονόμησης.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο για την φύλαξη όλων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων σε θερμοκρασία μικρότερη των 12°C.
9. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης Reflex Testing.
10. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης backup αντιδραστηρίων διαφορετικής παρτίδας (Lot Number) μεταξύ τους και να επιτρέπει τη βαθμονόμηση αντιδραστηρίων από διαφορετικές παρτίδες.
11. Οι καμπύλες βαθμονόμησης των ζητούμενων εξετάσεων να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάρκεια.
12. Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.
13. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode για τα δείγματα, τα αντιδραστήρια και τα calibrators.
14. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πήγματος και να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού και επισήμανσης βλαβών με ενδείξεις επί της οθόνης.
15. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να διαθέτει κατάλληλο κάλυμμα για να αποφεύγεται η εξάτμιση ή πιθανή επιμόλυνση μετά το πρώτο άνοιγμα της, επί του αναλυτή.
16. Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του μειοδότη.
17. Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης αποτελεσμάτων και να δύναται να συνδεθεί με το σύστημα διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του Εργαστηρίου.
18. Τα αντιδραστήρια να είναι υγρά και έτοιμα προς χρήση και για κάθε μία εξέταση να απαιτείται μόνο ένας φορέας αντιδραστηρίου.
19. Τα αντιδραστήρια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν από το ψυγείο.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

20. Στις εξετάσεις του πίνακα έχουν συμπεριληφθεί οι εξετάσεις για τον έλεγχο ποιότητας.

21. Στις εξετάσεις που αναφέρονται στον πίνακα εξετάσεων έχει συμπεριληφθεί ο αριθμός των εξετάσεων για τον έλεγχο ποιότητας.

22. Να προσφερθούν τα απαραίτητα υλικά ελέγχου ποιότητας σε 2 επίπεδα ανά εξέταση σε επαρκείς ποσότητες ώστε να πραγματοποιείται καθημερινά έλεγχος ποιότητας ενός επιπέδου.

23. Στην προσφορά των απαραίτητων συσκευασιών αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις OESTRADIOL, DIGOXIN, HBsAg, HBsAb, HCV, HIV να μη ληφθεί υπόψη η σταθερότητα του αντιδραστηρίου.

24. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

/ A	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
	ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ	T3	900
		T4	1000
		TSH	1400
		FT3	200
		FT4	200
		Anti – TPO	200
		Anti – TG	200
	ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	CEA	500
		AFP	500
		CA 15-3	500
		CA 19-9	500
		CA 125	500
		PSA	700
		fPSA	500



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ	ΤβHCG	500
		LH	500
		FSH	500
		Prolactin	500
		Estradiol	500
		Progesterone	500
		Testosterone	500
	ΑΝΑΙΜΙΑ	Ferritin	500
		Vitamin B12	500
		Folate	500
	ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	PTH	500
		Toxo IgG	500
		Toxo IgM	500
		Rubella IgG	500
		Rubella IgM	500
		CMV IgG	500
		DIGOXN	300
		HBsAg	300
		HBsAb	300
		HCV	300
		HIV	300

Β. την έγκριση του συνημμένο συνημμένου σχέδιο διακήρυξης.

Γ. Τον ορισμό Επιτροπών ως κάτωθι:

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης

Αλεξάνδρα Φθενάκη, Διευθύντρια Κεντρικών Εργαστηρίων, ως Πρόεδρος

Γιώργος Οικονομόπουλος, Διευθυντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ως μέλος

Μαρία Μπεσίρη, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ως μέλος.

Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής ορίζεται η Παγώνα Δρέλλα – ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αγγελική Μαμζέρη – Βιοπαθολόγος Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ως Πρόεδρος
 Νεφέλη Δρανδάκη – Τεχνολόγος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Γενικού Νοσοκομείου

Θήρας ως μέλος

Καλλιόπη Δελούδη – ΠΕ Οικονομικού Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ως μέλος

Επιτροπή Ενστάσεων

Αγγελική Πανάγαινα – Διευθύντρια Οικονομικού, ως Πρόεδρος

Βασίλης Τσούτσος – Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών, ως μέλος

Βενετία Καραγιάννη – Βιολόγος Κεντρικών Εργαστηρίων, ως μέλος

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στις εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), ενώ οι αιτούμενες ποσότητες αφορούν στο χρονικό διάστημα έως 31.12.2017.

Δ. Την εξουσιοδότηση της Διευθύνουσας Συμβούλου προκειμένου για την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποσπάσματος της απόφασης καθώς και για τη λήψη κάθε απαιτούμενης ενέργειας προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος του Γ.Ν.Θήρας για την ανάρτηση αποσπάσματος της παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μιχαήλ Σταύρου

Γεωργία Αθανασίου



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035307
email: info@santorini-hospital.gr



**Η Αντιπρόεδρος
&
Εντεταλμένη
Σύμβουλος**

Μαρία Μαυρικάκη

Τα Μέλη

Παναγιώτης Γαβράς

Μιχάλης Ρούσσο

Κύρος Παγκαλίδης

Γεώργιος Γεωργίνης
