



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΨΙ8ΕΟΡΡ3-ΓΙΕ

Αρ.Πρωτ.: 5644/10.10.17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εργαλείων του Ορθοπεδικού τμήματος του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **19.450 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	10 Οκτωβρίου 2017

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	16 Οκτωβρίου 2017	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια των εργαλείων – μηχανημάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων στο Γ.Ν.Θήρας.

Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
1	Πολυεργαλείο τραύματος με μπαταρία (πλήρες σετ)	1	19.000
2	Δραπανοκατσάβιδο οικιακής χρήσης (1)	1	225
3	Δραπανοκατσάβιδο οικιακής χρήσης (2)	1	225



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Κατεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα εργαλεία- μηχανήματα είναι οι κάτωθι:

Πολυεργαλείο τραύματος μπαταρίας (Πλήρες σετ):

- Λειτουργίες: τρυπάνι, ταλαντευόμενο πριόνι, πτερυγιοφόρο πριόνι
 - τρυπανισμό (drilling)
 - γλυφανισμό κοιλοτήτων (reaming)
 - σύρματα και καρφίδες (pin/wire)
- Περιλαμβάνει τη χειρολαβή, εξάρτημα πριονιού παλινδρόμησης, φορτιστή μπαταρίας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, εξάρτημα τρυπανιού (τσοκ JACOBS και αυτόματο τσοκ)
- Πέντε λάμες για διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις (Πριόνι, ελλειπτική λάμα κλπ)
- Βάρος χειρολαβής με τη μπαταρία, χωρίς εξάρτημα < 1,8 Kg
- Ταχύτητα 0-340 rpm
- Ροπή 0-15 Nm
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Χωρητικότητα μπαταρίας >1.5 Ah/ 22.2Wh
- Φορτιστής μπαταρίας
- Χρόνος φόρτισης <60 λεπτά
- Εμπρόσθια/οπίσθια κίνηση
- Αποστείρωση των εξαρτημάτων

Δραπανοκατσάβιδο οικιακής χρήσης (1):

- Βάρος: 1,4kg
- 2 μπαταρίες Ιόντων – Λιθίου (Li-Ion): Τάση 14,4 V , Χωρητικότητα 1.5Ah
- Διάμετρος κατσαβιδιού Μεγ. 8 mm
- Διάμετρος Τρυπήματος Ξύλο Μεγ. 29 mm
- Διάμετρος Τρυπήματος Μέταλλο Μεγ. 10 mm
- Ροπή Στρέψης Μεγ. (Σκληρό Βίδωμα) 34 Nm
- Ροπή Στρέψης Μεγ. (Απαλό Βίδωμα) 15 Nm
- 2 Ταχύτητες: Αριθμός Στροφών Χωρίς Φορτίο 0-400 / 0 - 1300 rpm
- Διάμετρος Βιδών Μεγ. 8 mm
- Αυτόματο τσοκ 10 mm
- Εμπρόσθια/οπίσθια κίνηση
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Εργονομική μαλακή λαβή
- Built-in φωτισμός
- Βάση φόρτισης

Δραπανοκατσάβιδο οικιακής χρήσης (2):

- 2 Ταχύτητες, αριθμός Στροφών Χωρίς Φορτίο 0-400 / 0 - 1300 rpm
- Ηλεκτρικό φρένο
- Αναστροφικό
- Ρυθμιστής ροπής
- Διάμετρος Τρυπήματος Ξύλο Μεγ. 25 mm
- Διάμετρος Τρυπήματος Μέταλλο Μεγ. 10 mm
- Διάμετρος Τρυπήματος Μπετόν Μεγ. 8 mm
- Κρούσεις το λεπτό 0-6.000 / 0-19.500
- Μέγιστη ροπή στρέψης 30 Nm
- Βάρος: 1,6kg
- 2 μπαταρίες Ni-Cd, τάση 12 V, Χωρητικότητα 1.5Ah
- Φορτιστής



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



- Αυτόματο τσοκ 10 mm

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά συμπληρωμένο το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές στα συνημμένα τεχνικά φυλλάδια φέροντας την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ		
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:		
Πλήρες σετ πολυεργαλείου τραύματος:	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Λειτουργίες: τρυπάνι, ταλαντευόμενο πριόνι, πτερυγιοφόρο πριόνι		
1. τρυπανισμό (drilling)		
2. γλυφανισμό κοιλοτήτων (reaming)		
3. σύρματα και καρφίδες (pin/wire)		
Τσοκ JACOBS		
Αυτόματο τσοκ		
Βάρος χειρολαβής με τη μπαταρία, χωρίς εξάρτημα < 1,8 Kg		
Ταχύτητα 0-340 rpm (χωρίς εξάρτημα)		
Ροπή 0-15 Nm(χωρίς εξάρτημα)		
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες		
Χωρητικότητα μπαταρίας >1.5 Ah/ 22.2Wh		
Φορτιστής μπαταρίας		
Χρόνος φόρτισης <60 λεπτά		
Εμπρόσθια/οπίσθια κίνηση		
Αποστείρωση εξαρτημάτων		
Χρονική διάρκεια εγγύησης		
Δραπανοκατσάβιδο οικιακής χρήσης (1):		
Βάρος: 1,4kg		
2 μπαταρίες Ιόντων – Λιθίου (Li-Ion): Τάση 14,4 V , Χωρητικότητα 1.5Ah		
Διάμετρος κατσαβιδιού Μεγ. 8 mm		
Διάμετρος Τρυπήματος Ξύλο Μεγ. 29 mm		
Διάμετρος Τρυπήματος Μέταλλο Μεγ. 10 mm		
Ροπή Στρέψης Μεγ. (Σκληρό Βίδωμα) 34 Nm		
Ροπή Στρέψης Μεγ. (Απαλό Βίδωμα) 15 Nm		
2 Ταχύτητες: Αριθμός Στροφών Χωρίς Φορτίο 0-400 / 0 - 1300 rpm		
Διάμετρος Βιδών Μεγ. 8 mm		
Αυτόματο τσοκ 10 mm		
Εμπρόσθια/οπίσθια κίνηση		
Electronic Cell Protection (ECP)		



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Εργονομική μαλακή λαβή		
Built-in φωτισμός		
Βάση φόρτισης		
Χρονική διάρκεια εγγύησης		
Δραπανοκατσάβιδο οικιακής χρήσης (2):		
2 Ταχύτητες, αριθμός Στροφών Χωρίς Φορτίο 0-400 / 0 - 1300 rpm		
Ηλεκτρικό φρένο		
Αναστροφικό		
Ρυθμιστής ροπής		
Διάμετρος Τρυπήματος Ξύλο Μεγ. 25 mm		
Διάμετρος Τρυπήματος Μέταλλο Μεγ. 10 mm		
Διάμετρος Τρυπήματος Μπετόν Μεγ. 8 mm		
Κρούσεις το λεπτό 0-6.000 / 0-19.500		
Μέγιστη ροπή στρέψης 30 Nm		
Βάρος: 1,6kg		
2 μπαταρίες Ni-Cd, τάση 12 V, Χωρητικότητα 1.5Ah		
Φορτιστής		
Αυτόματο τσοκ 10 mm		
Χρονική διάρκεια εγγύησης		

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως την Δευτέρα, 16.10.17 και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από του ΚΑΕ 12.03.00.80 (Εργαλεία) του εγκεκριμένου για το 2017 προϋπολογισμού του Γ.Ν.Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. **Τα έξοδα αποστολής των εργαλείων μηχανημάτων στο χώρο του Γ.Ν.Θήρας βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένη Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ