



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: 6Β1ΥΟΡΡ3-0ΓΝ

Αρ.Πρωτ.: 456/06.02.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **18.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	6 Φεβρουαρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	12 Φεβρουαρίου 2018	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο μηχανήμα για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Αντιδραστήρια για ταυτοποίηση και MIC βακτηρίων.	
Όνομα εξέτασης	Πιθανός ετήσιος αριθμός εξετάσεων
Πλάκες ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας, με 25-30 βιοχημικά υποστρώματα για την ταυτοποίηση και πάνω από 20 αντιβιοτικά για το τεστ ευαισθησίας για τα gram (-) και τα gram (+) μικρόβια.	Gram (-) : 300 Gram (+) : 150



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



Πλάκες ταυτοποίησης, των απαιτητικών (νισειρια, αιμόφιλο κλπ), των μυκήτων και των αναερόβιων μικροβίων.	Απαιτητικά: 20 Μύκητες : 20 Αναερόβια : 60
Πλάκες για MIC Στρεπτόκοκκων. Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών και των αραιώσεων αυτών που εξετάζονται.	Streptococcus : 20

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το ημιαυτόματο σύστημα θα πρέπει :

1. Να ταυτοποιεί τα Gram(-) και τα Gram(+) μικρόβια, καθώς και τα απαιτητικά (νιισσέρια, αιμόφιλος κλπ) , τους μύκητες και τα αναερόβια .
2. Να προσδιορίζει το τεστ ευαισθησίας σε μεγάλη γκάμα αντιβιοτικών για τα Gram(-) και Gram(+) μικροβια. Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών , που εξετάζονται ανά πλάκα.
3. Η ταυτοποίηση και το τεστ ευαισθησίας των Gram(-) και Gram(+) να γίνεται στην ίδια πλάκα, αλλά και χωριστά .
4. Η δημιουργία του εναιωρήματος του μικροβίου να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς την υποχρεωτική μέτρηση της κατά MC Farland θολερότητας του μικροβίου, τουλάχιστον για τα εύκολα μικρόβια. Να περιγραφεί ο τρόπος.
5. Ο εμβολιασμός των πλακών να γίνεται εύκολα , με τρόπο ώστε όλα τα πηγαδάκια της πλάκας να εμβολιάζονται μαζί. Να μην απαιτείται χρήση πιπέτας. Να περιγραφεί ο τρόπος εμβολιασμού των πλακών.
6. Η ανάγνωση των πλακών να γίνεται αυτόματα (φωτομετρική ανάγνωση) αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων και δια γυμνού οφθαλμού. ή αποτελεσμάτων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
7. Να παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια εντός 24 ωρών.
8. Να διαθέτει υψηλά ανεπτυγμένο software για την αξιολόγηση, διαχείριση και επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό Expert system για την προειδοποίηση σε περιπτώσεις δύσκολων αντοχών ή μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων αντοχής.
9. Να διαθέτει πρόγραμμα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή
10. Να είναι σύμφωνο με διεθνή standards και απαιτήσεις για αντιβιογράμμα CLSI,EUCAST.
11. Να έχει αναλώσιμα (Πάνελ) με μεγάλη διάρκειας ζωής.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

12. Να συντηρούνται τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασίες δωματίου η εντός ψυγείου για μεγάλα διαστήματα.
13. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS και γενικά όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Τα αναλώσιμα που απορρέουν από την χρήση των ανωτέρω επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

14. Να παρέχει συνοδά αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά για όλα τα πάνελ και
15. Να καλύψει το κόστος του εξωτερικού ποιοτικού έλεγχου και να παρέχει ανά έτος τις καινούργιες οδηγίες της CLSI για τον υπολογισμό της ευαισθησίας των μικρόβιων έναντι των αντιβιοτικών και να ενημερώνει το λογισμικό του αναλυτή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγκατάσταση του εξοπλισμού και εκπαίδευση του προσωπικού στο χώρο του Γ.Ν.Θήρας χωρίς επιπλέον χρέωση.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και φύλλο συμμόρφωσης για τις τεχνικές προδιαγραφές με παραπομπές στα συνημμένα τεχνικά φυλλάδια φέροντας την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως την Δευτέρα 12/02/2018 και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (Αντιδραστήρια – Αναλώσιμα Υλικά Αναλυτών) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ