



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: 6ΔΘΕΟΡΡ3-ΗΤΝ

Αρ.Πρωτ.: 1053/6.3.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια νευροδιεγέρτη με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Εξακόσια ευρώ (600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	6 Μαρτίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	12 Μαρτίου 2018	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για αγορά νευροδιεγέρτη, η χρήση του οποίου στο αναισθησιολογικό τμήμα επιβάλλεται από τη νομοθεσία (ΦΕΚ με αρ.φύλλου 1044 25.11.97).

Οι αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι:

1. Να είναι προϊόν τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευής
2. Να λειτουργεί με μπαταρίες που να δίνουν στην συσκευή αυτονομία για αρκετούς μήνες συνεχής λειτουργίας
3. Να υπάρχει ενδεικτική λυχνία ειδοποίησης σε περίπτωση που η μπαταριά χρειάζεται αντικατάσταση
4. Να διαθέτει δυνατότητα προστασίας παρέμβασης που να εξαλείφει την ανάγκη να αποσυνδεθεί ο διεγέρτης από ασθενή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ηλεκτροχειρουργικής



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

5. Να διαθέτει έξοδο ρεύματος ρυθμιζόμενη από 0 έως 50 ma
6. Να διαθέτει έξοδο τάσης 450v(+,-), 10%
7. Να διαθέτει παλμό μονοφασικό με περίοδο στα 22 msec
8. Να είναι φορητή συσκευή με αλκαλική μπαταριά
9. Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό abs
10. Να είναι εύχρηστος , μικρού βάρους (όχι μεγαλύτερο των 350 γραμ) και όγκου
11. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της διέγερσης
12. Να έχει τα ακόλουθα προγράμματα:
 - α) Train of Four (TOF) , (4 παλμοί) στα (δυο) 2 Hz με εύρος παλμού 200μs και χρονικό διάστημα 500μs μεταξύ των παλμών
 - β) DOUBLE BURST STIMULATION 3:2 με εύρος παλμού 200μs ,χρονικό διάστημα 20 ms μεταξύ των παλμών και διάρκεια 750ms μεταξύ των δυο σειρών παλμών
 - γ) Post Tetanic Count , με εύρος παλμού 200 μs και διάστημα tetanic 20 ms
 - δ) Continuous στο 1 Hz, με εύρος παλμού 200 μs και χρονικό διάστημα 1 sec μεταξύ παλμών
13. Η συσκευή να παραδοθεί πλήρης σε λειτουργία και να συνοδεύεται από τα παρακάτω μέρη:
 - α) αλκαλικές μπαταρίες, β) Ηλεκτρόδια εφαρμογής
14. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 3(τρία) έτη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και φύλλο συμμόρφωσης για τις τεχνικές προδιαγραφές με παραπομπές στα συνημμένα τεχνικά φυλλάδια φέροντας την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 12.03.2018 και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ