



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αριθμ.πρωτ.: 1550 / 2-4-2018

Ημερομηνία: 02.04.18

«Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό, οι οποίες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση»

Σήμερα στις 2 Απριλίου ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με τη με αριθ.πρωτ.1379/23.03.2018 και ΑΔΑ 6Σ44ΟΡΡ3-6ΣΤ απόφαση του αντιπροέδρου του ΔΣ της ΑΕΜΥ Α.Ε. και εντεταλμένου συμβούλου για του Γ.Ν.Θήρας, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών η οποία αποτελείται από:

1. Μπλατσούκας Γεώργιος (Ιατρός Βιοπαθολόγος)
2. Δρανδάκη Νεφέλη (ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)
3. Ιγκνάτοβα Ολένα (Ιατρός Κυτταρολόγος)

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη των προδιαγραφών που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό ως χρησιδάνειο.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό ως χρησιδάνειο, για τις ανάγκες του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ , ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
2. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ
3. ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (STAT) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
4. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

5. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.
6. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.
7. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)
8. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
9. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
10. ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
11. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ BAR CODE ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
12. ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ,ΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ.
13. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
14. ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. TSH
2. FT3
3. FT4
4. TG
5. ANTI-TPO
6. ANTI-TG
7. CEA
8. AFP
9. CA-125
10. CA-19.9
11. CA-15.3
12. TPSA
13. B-HCG
14. FSH
15. LH
16. E2
17. PRL
18. PRG
19. TESTO
20. VIT. D3α
21. PTH
22. B12
23. ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr



- 24. TOXO IGG-IGM
- 25. RUBELLA IGG-IGM
- 26. CMV IGG-IGM
- 27. EBV IGG-IGM
- 28. HBsAG
- 29. HBsAB
- 30. ANTI-HCV
- 31. ANTI-HIV

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΟΜΚΑ: 18095803419 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 62966

ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ

ΟΛΕΝΑ ΙΓΚΝΑΤΟΒΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΟΛΕΝΑ ΙΓΚΝΑΤΟΒΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ: 06067603925
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 131785