



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: Ψ91ΣΟΡΡ3-ΕΨΒ

Αρ.Πρωτ.: 2259/10.5.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κάθετου καταψύκτη για το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (3.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	10 Μαΐου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	15 Μαΐου 2018	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια κάθετου καταψύκτη για την εύρυθμη λειτουργία του Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Θήρας. Ο καταψύκτης είναι απαραίτητος για την τοποθέτηση πλάσματος που είναι απαραίτητο για μεταγγίσεις, χειρουργεία, αιμορραγίες κλπ. Οι αιτούμενες προδιαγραφές είναι οι παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες:

1. Περιοχή ρύθμισης -20°C έως -40°C.
2. Να είναι ετοιμοπαράδοτος
3. Χωρητικότητας περίπου 500 λίτρα (± 20 λίτρα) .
4. Διαστάσεις θαλάμου περίπου: 680 X 650 X 1200 (mm) (± 100mm)
5. Διαστάσεις εξωτερικές περίπου: 890 X 840 X 1800 (mm) (± 100mm)



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



6. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz, σχεδόν αθόρυβα.
7. Να διαθέτει δύο εξωτερικές πόρτες.
8. Να περιλαμβάνει περίπου δέκα (10) συρτάρια (± 1 συρτάριον).
9. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.
10. Έλεγχος λειτουργίας με μικροεπεξεργαστή.
11. Ο καταψύκτης να διαθέτει ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστημα ρύθμισης και γενικά όλος ο ηλεκτρονικός πίνακας παρακολούθησης και λειτουργίας του μηχανήματος να έχει μεγάλη ψηφιακή οθόνη συνεχούς λειτουργίας και πλήκτρα ασφαλείας για τον ασφαλή προγραμματισμό του καταψύκτη.
12. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου και να περιλαμβάνει σύστημα συναγερμού για διακοπή τάσης, υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία. Να διαθέτει επίσης οπτικό συναγερμό καθώς και κουμπί σίγασης του συναγερμού.
13. Τα πλήκτρα να είναι τύπου soft touch και γενικά όλος ο ηλεκτρονικός πίνακας παρακολούθησης και ρύθμισης να είναι ειδικά προστατευμένος με πόρτα για την προστασία των ηλεκτρονικών οργάνων από υγρασία, σκόνη, καθαριστικά υγρά κ.λ.π., καθώς και τον αποκλειστικό καθαρισμό του πίνακα.
14. Το σύστημα να λειτουργεί με 100% οικολογικό ψυκτικό υγρό CFC-free.
15. Ο καταψύκτης να είναι αρίστης ποιότητάς σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και εγκρίσεις.
16. Να παρέχεται διετής εγγύηση καλής λειτουργίας

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 15.05.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98 (Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ