



Γενικό Νοσοκομείο  
**Θήρας**

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

[www.aemy.gr](http://www.aemy.gr) - [info@aemy.gr](mailto:info@aemy.gr)



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 4883/14.09.18

### ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού βρεφοζυγού ακριβείας για το Γ.Ν.Θήρας»**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Εκατό ν πενήντα ευρώ (150,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Κριτήριο αξιολόγησης   | Ημερομηνία δημοσίευσης στο<br>ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| <b>Χαμηλότερη Τιμή</b> | 14 Σεπτεμβρίου 2018                    |

### ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                        | ΤΕΛΙΚΗ<br>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br>ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ     | ΩΡΑ        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| Ανοιχτές προσφορές στο mail:<br><a href="mailto:vfousteri@aemy.gr">vfousteri@aemy.gr</a> και στο fax:<br>2286035459 | 21 Σεπτεμβρίου 2018                           | Παρασκευή | 13:00 μ.μ. |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού βρεφοζυγού ακριβείας για το Γ.Ν.Θήρας. Ο αιτούμενος βρεφοζυγός θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να μην χρειάζεται συντήρηση.
2. LCD οθόνη με ψηφία ύψους 20 mm.
3. Λειτουργία με ένα πλήκτρο.



Γενικό Νοσοκομείο  
**Εθήρας**

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

[www.aemy.gr](http://www.aemy.gr) - [info@aemy.gr](mailto:info@aemy.gr)



4. Λειτουργία κλειδώματος του βάρους για αξιόπιστες μετρήσεις.
5. Λειτουργία απόβαρου.
6. Να λειτουργεί με μπαταρίες 4 x 1.5V AA μπαταρίες
7. Αυτόματο σβήσιμο για να διατηρηθεί η μπαταρία.
8. Διαστάσεις : 600 x 340 x 85 mm
9. Εύρος μέτρησης :20 kgr
10. Διαβάθμιση : 10 gr

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                                              |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                          | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΆΛΛΟ |
| 1. Δεν χρειάζεται συντήρηση.                                   |     |     |      |
| 2. LCD οθόνη με ψηφία ύψους 20 mm.                             |     |     |      |
| 3. Λειτουργία με ένα πλήκτρο.                                  |     |     |      |
| 4. Λειτουργία κλειδώματος του βάρους για αξιόπιστες μετρήσεις. |     |     |      |
| 5. Λειτουργία απόβαρου.                                        |     |     |      |
| 6. Λειτουργεί με μπαταρίες 4 x 1.5V AA μπαταρίες               |     |     |      |
| 7. Αυτόματο σβήσιμο για να διατηρηθεί η μπαταρία.              |     |     |      |
| 8. Διαστάσεις : 600 x 340 x 85 mm                              |     |     |      |
| 9. Εύρος μέτρησης :20 kgr                                      |     |     |      |
| 10. Διαβάθμιση : 10 gr                                         |     |     |      |

**Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

**Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: [vfousteri@aemy.gr](mailto:vfousteri@aemy.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 21.09.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

**Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Εθήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

[www.aemy.gr](http://www.aemy.gr) - [info@aemy.gr](mailto:info@aemy.gr)



Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ**

**Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ**