



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 5093/19.09.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) φορητών φιαλών οξυγόνου 3LT για το Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	19 Σεπτεμβρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	26 Σεπτεμβρίου 2018	Τετάρτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια έξι (6) φορητών φιαλών οξυγόνου τριών λίτρων (3LT) για τα αναπηρικά αμαξίδια του Γ.Ν.Θήρας. Οι αιτούμενες φορητές φιάλες οξυγόνου θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Να διαθέτουν εργονομική λαβή μεταφοράς από σκληρό πλαστικό υλικό για εύκολη μεταφορά
- Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ειδικό κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
- Να είναι χωρητικότητας 3ltr με ρυθμιστή συνεχούς ροής
- Κλείστρο ασφαλείας



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

- Μανόμετρο πίεσης
- Ρυθμιστή παροχής οξυγόνου από ½ έως 15λίτρα/λεπτό ή από ½ έως 25λίτρα/λεπτό
- Δυνατότητα αναγόμευσης
- Πιστοποίηση CE
- Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/EK

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:			
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1	Να διαθέτουν εργονομική λαβή μεταφοράς από σκληρό πλαστικό υλικό για εύκολη μεταφορά		
2	Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ειδικό κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.		
3	Να είναι χωρητικότητας 3ltr με ρυθμιστή συνεχούς ροής		
4	Κλείστρο ασφαλείας		
5	Μανόμετρο πίεσης		
6	Ρυθμιστή παροχής οξυγόνου από ½ έως 15λίτρα/λεπτό ή από ½ έως 25λίτρα/λεπτό		
7	Δυνατότητα αναγόμευσης		
8	Πιστοποίηση CE		
9	Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/EK		

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 26.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ