

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 5096/19-09-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού τροχού για κοπή γύψου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4605/04-09-2018 εισήγηση του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: εννιακόσια ευρώ (900,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	19 Σεπτεμβρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	27 Σεπτεμβρίου 2018	Πέμπτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια ενός (1) επαναφορτιζόμενου ηλεκτρικού τροχού για κοπή γύψου για το Γ.Ν. Θήρας με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :

1. Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
2. Κατάλληλο για την αφαίρεση γύψου απλού & συνθετικού
3. Αθόρυβη λειτουργία
4. Μηχανισμός προστασίας του μοτέρ από σκόνη
5. Να μην απαιτείται συντήρηση
6. Συνεχής ρύθμιση ένταση στροφών

7. Αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης
8. 230 Volt, 50 κύκλους ή 110 Volt, 60 κύκλους
9. 250 Watt
10. 11000- 18000 Στροφές/λεπτό
11. Διπλή μόνωση καλωδίου
12. Safety classification II και Typ BF
13. Βάρος 1.2 Kgr χωρίς μπαταρία / 1.8 Kgr με μπαταρία
14. Πιστοποίηση CE mark
15. Εγγύηση καλής λειτουργίας
16. Να περιλαμβάνεται ο φορτιστής και δύο (2) ανταλλακτικοί δίσκοι 50 mm και 65 mm κατάλληλους για φυσικό και συνθετικό γύψο.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους ανάδοχους):			
Επαναφορτιζόμενος ηλεκτρικός τροχός για κοπή γύψου			
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:			
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1	Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες		
2	Κατάλληλο για την αφαίρεση γύψου απλού & συνθετικού		
3	Αθόρυβη λειτουργία		
4	Μηχανισμός προστασίας του μοτέρ από σκόνη		
5	Να μην απαιτείται συντήρηση		
6	Συνεχής ρύθμιση ένταση στροφών		
7	Αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης		
8	230 Volt, 50 κύκλους ή 110 Volt, 60 κύκλους		
9	250 Watt		
10	11000- 18000 Στροφές/λεπτό		
11	Διπλή μόνωση καλωδίου		
12	Safety classification II και Typ BF		
13	Βάρος 1.2 Kgr χωρίς μπαταρία / 1.8 Kgr με μπαταρία		
14	Πιστοποίηση CE mark		
15	Εγγύηση καλής λειτουργίας		

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 27.09.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ