



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 6165 /14.11.18

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες εφτακόσια σαράντα δύο ευρώ (5.742,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	14 Νοεμβρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	19 Νοεμβρίου 2018	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για το φυσικοθεραπευτήριο του Γ.Ν.Θήρας. Ο αιτούμενος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω και θα πρέπει να πληροί τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.



Γενικό Νοσοκομείο
Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΜΧ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1. LASER	Να διαθέτει :3 μήκη κύματος (810 nm, 980 nm, 1064 nm). Να μπορεί να εκπέμπονται ταυτόχρονα ή σε συνδυασμό. Να έχει μέγιστη ισχύ έως: 15 Watts Συνεχής, Παλμική λειτουργία για τη βέλτιστη ρύθμιση της ισχύος εξόδου Να διαθέτει κλινικά πρωτόκολλα βοηθώντας στην επιλογή της θεραπείας. Να έχει έγχρωμη οθόνη αφής, Να διαθέτει αυτόματη βαθμονόμηση κεφαλής Ποδόπληκτρο ασφαλείας. Εργοστασιακός Εξοπλισμός: Κεφαλή 26mm, Ποδόπληκτρο, Γυαλιά προστασίας Να διαθέτει επιπλέον Εξοπλισμό: Κεφαλή 38mm,, Μέγιστη ισχύ έως: 15 W, Συχνότητα: 1 – 100 Hz με βήμα 1 Hz, Διαστάσεις έως: 39x25x17 cm	1	2232 €
2. TECAR	Να διαθέτει: Τρεις κεφαλές, Παθητικό ηλεκτρόδιο (πλάκα), Ηλεκτρόδια (μονοπολικά – διπολικά), Τρόλεϊ μεταφοράς με δύο συρτάρια τουλάχιστον, Να έχει Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ισχύς: 400 VA CET - 130 Watts, Συχνότητες: 3 έως 5, Διαστάσεις: έως 45 x 37 x 25 cm	1	2480 €
3. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ	Εύρος κίνησης Έκταση / Κάμψη Γόνατο: -10° / 0° / 120° , Έκταση / Κάμψη Ισχίο: 0° / 7° / 115°, Χρονοδιακόπτης: 1-59 λεπτά / 1-24 ώρες / συνεχής λειτουργία, Παύσεις κάμψης και έκτασης: 1-58 δευτερόλεπτα / 1- 59 λεπτά , Ταχύτητα κίνησης: 5%-100%, Λειτουργία αντιστροφής δύναμης: 1-25 /για την ασφάλεια του ασθενή, Κλείδωμα παραμέτρων για αποφυγή ανεπιθύμητων αλλαγών, Υπολογισμός συνολικού χρόνου θεραπείας. Τηλεχειριστήριο με οθόνη, Διαστάσεις: 97 x 36 x 23 cm, Βάρος : έως 11 kg, Ύψος ασθενή: 120 με 200 cm,	1	348 €
4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Έως 400W Εύκολη χρήση Τροχήλατη Εύκολη ρύθμιση ύψους Ηλεκτρονικό χρονόμετρο	1	434 €



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



5. ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ	Στατικό ποδήλατο γυμναστικής για φυσικοθεραπεία με μαγνητικό σύστημα αντίστασης πολλαπλών επιπέδων, διπλό ιμάντα για ομαλότερη κίνηση, ρυθμιζόμενη σέλα και βάρος τροχού στα 5-8 Kg. Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης.	1	248€
------------------------	--	---	------

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 19.11.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ