



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 6221/15.11.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός τοπικού συστήματος αντίστροφης όσμωσης αφαλατωμένου νερού στο τμήμα αποστείρωσης του Γ.Ν.Θήρας »

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	15 Νοεμβρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	27 Νοεμβρίου 2018	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση τοπικού συστήματος αντίστροφης όσμωσης αφαλατωμένου νερού για το τμήμα αποστείρωσης του Γ.Ν.Θήρας. Η εγκατάσταση του τοπικού συστήματος αντίστροφης όσμωσης έχει σκοπό την επεξεργασία της γραμμής αποσκληρυμένου νερού του Γ.Ν.Θήρας για την παραγωγή νερού κατάλληλου για την τροφοδοσία κλιβάνου αποστείρωσης και πλυντηρίου ιατρικών εργαλείων.

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει:

- Να δώσει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος και των τμημάτων που το απαρτίζουν καθώς και να περιγράψει αναλυτικά την λειτουργία του.



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



- Θα πρέπει να παραθέσει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι επιλεγμένος με αυστηρά κριτήρια ποιότητας για συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία.
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει είναι απλό και φιλικό στην χρήση και την συντήρηση με πλήρη και αναλυτικά βιβλία οδηγιών στην ελληνική γλώσσα και επαρκή βαθμό αυτοματοποίησης. Κατά την φάση του σχεδιασμού ιδιαίτερη μέριμνα να έχει ληφθεί για την μακροβιότητα της μονάδας, η οποία με συνεχή απρόσκοπτη λειτουργία να εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας νερό με χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Να αναλύσει επαρκώς τις απαιτούμενες υποδομές που θα πρέπει να εξασφαλίζει το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για το εν λόγω σύστημα.
- Να παραδώσει πλήρη σχέδια της εγκατάστασης.
- Να εγκαταστήσει και να παραδώσει το εν λόγω προσφερόμενο σύστημα σε λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.
- Να εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους τεχνικούς κατά την παράδοση του προσφερόμενου συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του.

Λοιποί όροι:

- Το προσφερόμενο σύστημα θα καλύπτεται με τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας, από τη θέση σε λειτουργία, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτούμενη συντήρηση του συστήματος το εν λόγω διάστημα.
- Ο προμηθευτής-εγκαταστάτης θα εγγυηθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την κάλυψη με ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη θέση σε λειτουργία του συγκροτήματος.
- Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού δεν θα είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.
- Στην δαπάνη θα περιλαμβάνονται επιπλέον όλα τα δευτερεύοντα εξαρτήματα όπως, καλωδιώσεις, βίδες, φλάντζες σωληνώσεων κτλ.

Παράμετροι Σχεδιασμού Συστήματος που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Ποιότητα Νερού Τροφοδοσίας: 900 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Ποιότητα Παραγόμενου Νερού: <50 $\mu\text{S}/\text{cm}$



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



2. Μέγιστη Ωριαία Παροχή: 150 Lit/ H
Μέγιστη Ημερήσια Παροχή: 2-3 M3/ D

3. Διαστάσεις Χώρου Εγκατάστασης:
ΜΗΚΟΣ=150cm ΠΛΑΤΟΣ=100cm ΥΨΟΣ=220cm

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 27.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λουπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ