



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 1075/05.03.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Θήρας για δύο μήνες»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00 €)**
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	05 Μαρτίου 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	12 Μαρτίου 2019	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Γ.Ν.Θήρας. Τα αιτούμενα υλικά είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΜΧ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΗV ΦΙΛΤΡΟ COMPACT ΕΥΘΥ ΑΠΟΣΤ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ	100	Αντιμικροβιακά φίλτρα με εναλλάκτη ύγρανσης – θέρμανσης, τα οποία να έχουν εξαιρετική αντιμικροβιακή ικανότητα και εξαιρετη παρεχόμενη ύγρανση και θέρμανση . Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους 150-



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

			1.000ml, να είναι διαφανή για άμεση οπτική επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή και να είναι κατασκευασμένοι από υγροσκοπικό, βακτηριοστατικό, φυσικά απορροφητικό χάρτινο υλικό. Να διαθέτουν μεμβράνη από υδρόφοβες, ηλεκτροστατικά φορτισμένες ίνες για την αντιμικροβιακή προστασία. Να διαθέτουν υποδοχή καπνογράφου τύπου luer-lock.
2	STERI STRIP 1/2 ΜΠΛΕ ΚΟΥΤΙ	100	
3	STERI STRIP 1/4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΥΤΙ	20	
4	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 22G 120mm	30	Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης όλα τα νούμερα ατραυματικές (pencil point) Αποστειρωμένες, με διάφανη πλαστική λαβή, με χρωματική ένδειξη μεγέθους, μη τοξικές με παράπλευρα ανοίγματα σε ιδανικό μέγεθος και θέση με ειδική οπτική σήμανση για την άμεση παρατήρηση επιστροφής του ENY, εργονομική σχεδίαση Με μεταλλικό οδηγό εισαγωγής όπως περιγράφονται .
5	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 25G 120mm	30	Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης όλα τα νούμερα ατραυματικές (pencil point) Αποστειρωμένες, με διάφανη πλαστική λαβή, με χρωματική ένδειξη μεγέθους, μη τοξικές με παράπλευρα ανοίγματα σε ιδανικό μέγεθος και θέση με ειδική οπτική σήμανση για την άμεση παρατήρηση επιστροφής του ENY, εργονομική σχεδίαση Με μεταλλικό οδηγό εισαγωγής όπως περιγράφονται .
6	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ/ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ 24Gx90mm	15	
7	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ/ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ 25Gx90mm	70	
8	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ/ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ 27Gx90mm	70	
9	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ xray 40x40	2500	Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι ,υψηλής απορροφητικότητας ,άοσμες, κομμένες ισομετρικά και εσωτερικά διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) να φέρει μια



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

			ακτινοσκιερή κλωστή υφασμένη και όχι κολλημένη, διπλωμένη 12 ply με γαζιά και κορδόνι, διαστάσεις 40X40cm περίπου
10	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	600	Με συνδετικό σωλήνα μεγάλου μεγέθους κατασκευασμένα από μαλακό πλαστικό υλικό μη τοξικό που να μην ερεθίζει τη μύτη. Το σημείο σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην υπάρχουν απώλειες κατά την σύνδεση μήκους 220cm τουλάχιστον.
11	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF No 3,5	10	<p>Σωλήνες ενδοτραχειακοί ειδικοί, μιας χρήσης, με εισαγωγή στην τραχεία για μηχανικό αερισμό των ασθενών, με CUFF (Ευθείς με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου) Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex free), ειδικής επεξεργασίας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου PVC. Να φέρουν ακτινοσκιερή γραμμή. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.</p> <p>Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37οC να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Το CUFF να εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά, ενώ παράλληλα να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική</p>



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

			<p>εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο 7 – Νο 10 την ίδια διάμετρο.</p> <p>Όταν ξεφουσκώνει, το CUFF να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.</p> <p>Να έχουν CUFF με κωνικό σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό.</p> <p>Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.</p> <p>Να φέρει ειδική σήμανση βάθους (μαρκάρισμα) σε απόσταση 3 cm από το CUFF, ως ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της τραχείας.</p>
12	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 4	10	
13	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 4,5	10	
14	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2	10	<p>Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο PVC.</p> <p>Να έχουν ατραυματικό άκρο.</p> <p>Να είναι βαθμονομημένοι ανά 1 cm.</p> <p>Να φέρει ατραυματικό Mygryh eye.</p> <p>Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο σωλήνας στους 37οC να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.</p> <p>Να είναι Oral Nasal.</p> <p>Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.</p>
15	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2,5	10	
16	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 3	10	
17	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 3,5	10	



Γενικό Νοσοκομείο

θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

18	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6x8cm κουτια των	5000	Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολουρεθάνης, με πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις 7x8,5cm±2cm
19	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΑΚΤΙΝ. ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο 10	20	Καθετήρες LEVIN από PVC , ακτινοσκιεροί , βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως 75 cm,ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125cm, μιας χρήσης , αποστειρωμένοι.
20	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΑΚΤΙΝ. ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο 12	20	
21	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΑΚΤΙΝ. ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Νο 16	100	
22	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 12	100	Να είναι αποστειρωμένος, κατάλληλος για την αναρρόφηση των βλεννών και εκκρίσεων απο το αναπνευστικό σύστημα, με εύκολη διείσδυση, χωρίς να τσακίζει, με χρωματισμένο επιστόμιο ανάλογα με το μέγεθος. Να διαθέτει βαλβίδα αναρρόφησης.
23	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 16	300	
24	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 18	300	
25	ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 12m	60	Από μαλακό αφρώδες υλικό και καλύπτεται με βαμβακερό σωλήνα σε όλο το μήκος. Να μπορεί να κοπεί σε όποιο μέγεθος χρειάζεται.
26	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ SMALL	70	Να είναι από αφρολέξ, να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με αυτοκόλλητο. Να είναι ανατομικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ακτινολογική εξέταση Να μπορεί να πλυθεί Small medium large.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

27	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ LATEX ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 7mm ΣΕ ΡΟΛΟ	50	
28	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΡΟΛΟ 25m)*	50	Σωλήνες αναρρόφησης και παροχέτευσης διαφανείς από latex - καθαρή σιλικόνη, εσωτερικής διαμέτρου περίπου 7mm και εξωτερικής περίπου 10mm, να δύναται να κλιβανιστεί στους 135C, μη τοξικό, με οδηγίες στα ελληνικά και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Μήκος ρολού 25m.
29	ΛΕΠΙΔΑ Νο 11 Μ.Χ. χωρίς λαβή (ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ)	1000	Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη (Νο 10, 11,12,15,21,22,24) Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.
30	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ	100	Να διαθέτει υγραντήρα- ποτηράκι νεφελοποίησης και σωλήνα χορήγησης οξυγόνου, να νεφελοποιεί σε όλες τις θέσεις, σε διαστάσεις σωλήνα άνω των 220cm.
31	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	200	Μάσκες οξυγόνου. Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου Κατασκευασμένη από ιατρικό PVC Υποχρεωτικά άχρωμη και διαφανής Να έχει ρυθμιζόμενο επιρρινιο έλασμα για να επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή και να εμποδίζει τις διαρροές οξυγόνου.
32	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗ	100	Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου, να είναι κατασκευασμένη από ιατρικό PVC, υποχρεωτικά άχρωμη και διαφανής. Να έχει ρυθμιζόμενο επιρρινιο έλασμα για να επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή και να εμποδίζει τις διαρροές οξυγόνου.



Γενικό Νοσοκομείο

θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

33	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. LARGE	40	Να είναι αποστειρωμένη. Μιας χρήσης. Να είναι αδιάβροχη, Υποαλλεργική, Non – woven. Να είναι αεριζόμενη. Να καλύπτεται και η πλάτη. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών.
34	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. X-LARGE	20	
35	ΜΠΛΟΥΖΕΣ Μ.Χ. ΠΡΑΣ-ΑΣΠΡ (ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ)	200	Μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη
36	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ	300	Πλαστικές μιας χρήσεως, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό
37	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 50x50cm	100	Να είναι αποστειρωμένο, αδιάβροχο, ενισχυμένο 3 στρωμάτων.
38	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	3000	Να είναι από πλαστικό, να φέρουν λάστιχο γύρω, χρώματος μπλέ ή πράσινο, μιας χρήσης.
39	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. 1LT	50	Σάκοι αναρρόφησης υγρών με ενσωματωμένο φίλτρο, μιας χρήσης, χωρητικότητας 1-3-4 λίτρα.
40	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. 3LT	100	
41	ΣΕΤ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΟΤΗΡΑΚΙ - Τ- ΣΩΛΗΝΑΣ Ο2)	50	
42	ΣΕΤ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ Μ.Χ. ΑΤΡΑΥΜ.ΜΕ ΟΠΗ 300cm	50	<p>Σετ ρύγχη αναρρόφησης κοιλίας μιας χρήσης ατραυματικό με οπή μήκους 2m.Σωλήνες αναρρόφησης με ρύγχος αναρρόφησης, τύπουHongan.</p> <p>Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο PVC νοσοκομειακού τύπου, με αντίσταση στο τσάκισμα. Να διαθέτει ελαστικά άκρα σύνδεσης για ασφαλή σύνδεση με τις παροχές αναρρόφησης. Να συνοδεύονται συνδεδεμένοι με ρύγχη αναρρόφησης τύπου YANKAUER, κατασκευασμένα από συμπαγές, διάφανο πλαστικό, με εργονομική, στιβαρή λαβή, με αποστρογγυλεμένο ατραυματικό, κεκαμμένο άκρο, με πλάγιες οπές, με ή χωρίς ελαία, με ή χωρίς βαλβίδα κενού για ελεγχόμενη αναρρόφηση, να είναι ελεύθερο latex. Μήκος περίπου 300cm,διάρκειας 5 έτη, μιας χρήσεως.</p>



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

43	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡ/ΚΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤ)	100	Συνδετικό τραχειοσωλήνα και αναπνευστήρα , αποστειρωμένο, να είναι πτυσσόμενο, spiral , να έχει μήκος περίπου 15cm με γωνία και ευθύ όχι πτυσσόμενο για σύνδεση σε ΤΑΦ Κατασκευασμένα από εξευγενισμένο pvc Αποστειρωμένα από αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις.
44	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΑΠΛΕΣ	15000	Στείρα ελεύθερη πυρετογόνων. Αποστειρωμένη με αιθυλενοξύδιο. Συσκευασμένη ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί (medical grade) στην πλευρά εκτύπωσης και διαφανές φύλλο πολυεθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (peel pack). Αιχμηρό ρύγχος διάτρησης από σκληρό λευκό πλαστικό ABS, με προστατευτικό καπάκι. Εύκαμπτος σταγονοθάλαμος από (medical grade) PVC Φίλτρο διαλύματος διαμέτρου πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων. Ενσωματωμένος αεραγωγός με πώμα, που διευκολύνει την ομαλή ροή του διαλύματος, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών (φίλτρο 5μ από TEFLON). Ενσωματωμένο σύστημα παροχής μικροσταγόνων (20 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 gr) Μέγιστη δυνατότητα ροής διαλύματος 34,6 ml/min - Dextrose 40%. Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο κυλινδρικό σφικτήρα (roller-clamp) κανονικό ή τύπου ADELBERG. Σωλήνας από (medical grade) PVC, εσωτερικής διαμέτρου 3x4,1mm. Μήκος 160-200 mm . Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Y με υποδοχέα από LATEX για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. Υποδοχή LUER-LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

45	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ	1500	<p>Συσκευές χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων σε μικροσταγόνες 1ml=60 σταγ, με ρυθμιστή ροής ακριβείας (dial-flow)</p> <p>Να έχουν ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη, καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος και να μην αποχωρίζεται εύκολα από αυτό</p> <p>Να έχει δυο οπές, η μια θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη θα είναι ο αεραγωγός που θα λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτων. Να φέρει φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης</p> <p>Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής. Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μικροοργανισμών</p> <p>Να έχει εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5 – 250ml/h. Οι διαβαθμίσεις του να είναι πυκνοτήτων 10% -40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για πολύ μικρές ροές</p> <p>Να έχει ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα</p> <p>Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ιδίου πάχους, να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής</p> <p>Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ latex free για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών, με καλή ποιότητας υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού.</p>
46	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2,5cm	200	<p>Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα.</p> <p>Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών.</p> <p>Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ-ζαγκ.</p> <p>Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για</p>



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

			ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Διαστάσεις: 2.50cm x 9.1m - Συσκευασία 12 τεμαχίων.
47	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 7,5cm	200	Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ-ζαγκ. Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Διαστάσεις: 7.50cm x 9.1m - Συσκευασία 6 τεμαχίων.
48	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΑΓΙΑΣ	50	Για επίσταξη και μετεγχειρητική αιμόσταση της ρινικής κοιλότητας. 1.Το ταμπόν να διαστέλλεται και να μετατρέπεται σε μαλακό σπόγγο που παρέχει ιδανική πίεση στην μύτη μετά την διόγκωση του και απορρόφα το αίμα. 2.Γρήγορη εύκολη και αποτελεσματική χρήση. 3.Εύκολη αφαίρεση χάρη στο κορδόνι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. 4.Ενυδατικό επίθεμα , δεν προκαλεί βλάβη κατά την αφαίρεση του.
49	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30x30	550	Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.Θα πρέπει να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ. Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή. Υδρόφιλα. διπλωμένη 12ply.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

50	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 40x40cm	400	Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Θα πρέπει να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ. Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή. Υδρόφιλα, διπλωμένη 12ply.
51	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ 0,2μm	20	
52	ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1ΛΤ	30	Φορμόλη 37% 1lit διάλυμά φορμαλδεΐδης 37 % βάρος /όγκο ή 40% όγκο /όγκο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη παρασκευή μονιμοποιητικού διαλύματος φορμόλης. Να φέρει σήμανση CE-IVD.
53	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ EDAN	80	150mmx100mmx150 sheets Για μηχανήμα EDAN
54	ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 8,5 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ ΓΡΑΜΜΗΣ	10	Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιχέονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να διέρχεται το σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και έξτρα βελόνα με καθετηράκι. Τριών αυλών 15,5-17 και 19-21cm, 7-8.5 Fr.
55	ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ)	10	
56	ΣΥΡΡΑΠΤΙ. ΔΕΡ/ΤΟΣ Μ.Χ. 35 ΠΛΑΤΙΑ APPOSE 35 WIDE SKIN STARPLER	40	Συρραπτικό δέρματος, μιας χρήσεως, να διαθέτει 35 πλατιά συρραπτικά, σε διαστάσεις περίπου 6,9x3,9mm.
57	ΑΥΤΟΜ. ΕΠΑΝ/ΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ 60- 4.8mm	2	Αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, να διαθέτει μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, να έχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης τοποθέτησης του πύρου, να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 60mm και ύψους κλιπ 4,8mm για παχείς ιστούς.



Γενικό Νοσοκομείο

θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

58	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΕΠΑΝ/ΝΟ ΕΡΓΑΛ ΣΥΡ/ΦΗΣ 60-4.8c	2	Ανταλλακτική κεφαλή για αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, να διαθέτει ισχυρούς αγκτύρες ορθογώνιας διατομής μήκους συρραφής 60mm και ύψους κλιπ 4,8mm για παχείς ιστούς.
59	ΑΥΤΟΜ. ΕΠΑΝ/ΝΟ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ & ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ 55-3.8mm	2	Εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, να διαθέτει νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, το μήκος συρραφής να είναι 55mm με κλιπ 3,8mm για κανονικούς ιστούς.
60	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΑΥΤΟΜ ΕΠΑΝ/ΝΟΥ ΕΡΓΑΛ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΥΡ/ΦΗΣ 55-3.8	2	Ανταλλακτικές κασέτες, να διαθέτουν κοπτική λάμα και ισχυρούς γακτήρες ορθογώνιας διατομής για εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών μήκους συρραφής 55mm και κλιπς ύψους 3,8mm.
61	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΟ, ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΥΠΟΥ PROLENE 3D PATCH	5	
62	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΝΟ, ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΥΠΟΥ PROLENE 3D PATCH	5	
63	ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10/11mm ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (224ml), ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ.	10	
64	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ #0, COATED VICRYL.	10	
65	ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 100ML	100	Τα δοχεία παρασκευασμάτων να είναι μιας χρήσης, διάφανο, με πώμα πιεστό (τύπου TUPPER), το οποίο να σφραγίζει ερμητικά το δοχείο αποκλείοντας διαρροή υγρών, ατμών. Να είναι από πολυστυρένιου υψηλής αντοχής για συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων από το χειρουργείο στο εργαστήριο μέσα σε φορμόλη. Να υπάρχει σήμανση επικίνδυνων ουσιών και να διαθέτουν επιφάνεια για αναγραφή των στοιχείων του παρασκευάσματος.
66	ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 200ML	100	



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

67	ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 2LT	30	
68	ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 3LT	20	
69	ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 500ML	20	
70	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SENGSTAKEN-BLAKEMORE 120cm, No 16	1	Να είναι μιας χρήσης Να είναι τριπλού αυλού Κατάλληλοι για αιμόσταση κισών οισοφάγου Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα Να διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg
71	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SENGSTAKEN-BLAKEMORE 120cm, No 18	1	Να είναι μιας χρήσης Να είναι τριπλού αυλού Κατάλληλοι για αιμόσταση κισών οισοφάγου Να διαθέτει Γαστρικό μπαλόνι με 400-500 ml αέρα Να διαθέτει Οισοφαγικό μπαλόνι - 30-45 mmHg
72	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 1cm(εσωτερική περίμετρο) ΣΕ ΡΟΛΟ περίπου των 25m	50	
73	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G	50	Κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ή fer/Teflon, να φέρουν οδηγό σύρμα (με μορφή ενσωματωμένη) βελόνη με ανάλογο χρωματικό κώδικα με μέγεθος ίδιο με το μέγεθος του καθετήρα. Σχεδιασμένος για εισαγωγή σε περιφερικές αρτηρίες υψηλής πίεσης, για τον υπολογισμό τιμών αερίων αίματος ή παρακολούθηση πίεσης αίματος. Με FloSwitch μήκους 45mm από PTFE. Ο διακόπτης FloSwitch είναι on/off συσκευή που προλαμβάνει την αναρροή μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για δυναμική μόλυνση από την έκθεση στο αίμα. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι με διάρκεια ζωής 5 χρόνια. Διαστάσεις περίπου: 20G/ 1.1mmx45mm, 55ml/min.
74	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ (ACROSS RIPET TIPS 1000pics)	5000	

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Τμηματικές προσφορές θα γίνουν δεκτές.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 12.03.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ