



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 1430/26.03.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) καρδιογράφων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

| | |
|------------------------|--|
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| Χαμηλότερη Τιμή | 26 Μαρτίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
|---|---|---------|------------|
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 1 Απριλίου 2019 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια δύο (2) καρδιογράφων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας. Οι υπόψηφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για καρδιογράφους που διαθέτουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά.

- Καρδιογράφος έξι καναλιών
- Ταυτόχρονη ανάλυση και καταγραφή στις 12 απαγωγές σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
- Εκτύπωση σε πολλαπλές μορφές, 6x2, 6x2+1, 3x4, κτλ.
- Ενσωματωμένη μνήμη 100 εγγραφών για μεταφορά σε Η/Υ, USB Stick ή εκτύπωση.
- Ψηφιακά φίλτρα (φίλτρα «μυϊκού τρόμου», AC & EMG - ηλεκτρομυογραφίας).
- Πρόγραμμα διάγνωσης & ανάλυσης καρδιογραφήματος
- Αδιάβροχο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
- LCD οθόνη 5.7" (320 x 240) πολλαπλών παραμέτρων για ταυτόχρονη προβολή έως και 12 κυματομορφών, καθώς και τον ρυθμό καρδιάς, την ταχύτητα καταγραφής, την ευαισθησία καταγραφής, τα στοιχεία ασθενούς και την κατάσταση της μπαταρίας.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

9. Θερμικός εκτυπωτής πλάτους 14 στοιχείων, υψηλής ανάλυσης, με μηχανισμό αποτροπής εμπλοκής, αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων & κυματομορφών και 6 ταχύτητες εκτύπωσης.
10. Να χρησιμοποιεί αναδιπλούμενο χαρτί 14cm για την εκτύπωση του καρδιογραφήματος.
11. Αναγνώριση βηματοδότη και προστασία από απινιδωτή
12. Ενδείξεις σφαλμάτων ρυθμιζόμενες με οπτικά & ακουστικά alarms (αποσύνδεση ηλεκτροδίων με ένδειξη ηλεκτροδίου που αποσυνδέθηκε).
13. Θύρα USB, Σειριακή (RS-232) και δικτυακή (Ethernet) θύρα
14. Λογισμικό για αποθήκευση/επεξεργασία των δεδομένων του καρδιογραφήματος
15. Να περιλαμβάνονται 10πολικό καλώδιο ασθενούς, 6 Προκάρδια Ηλεκτρόδια ενηλίκων & 4 μανταλάκια άκρων.
16. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για συνεχόμενη καταγραφή καρδιογραφήματος έως και 6 ώρες.
17. Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια
18. Βάρος: 2,5 κιλά με τη μπαταρία
19. Πιστοποίηση EC Certificate
20. Να προσφερθεί προς επιλογή τροχήλατο καρδιογράφο, με βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ΗΚΓ

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά για την πλήρη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 01.04.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ