



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 1674/03.04.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (5.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	3 Απριλίου 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	8 Απριλίου 2019	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν.Θήρας. Τα αιτούμενα μηχανήματα είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

1. Κουνάκι Νεογνών μεταβλητού ύψους, 3 τεμάχια, εκτιμώμενο κόστος: 2000,00 €
 - α. Μεταλλικός βαμμένος σκελετός



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

- b. Υδραυλική ρύθμιση ύψους
 - c. Κίνηση Trendelenburg
 - d. Αδιάβροχο στρωματάκι με αντιμικροβιακή θήκη
 - e. Τέσσερις τροχοί διαμέτρου 75 χιλ., οι δύο με φρένο.
 - f. Διαστάσεις (περίπου):
 - i. μήκος: 82 εκ
 - ii. πλάτος: 46 εκ
 - iii. ύψος: 80 - 95 εκ
2. Μηχανοκίνητο θήλαστρο, 1 τεμάχιο, εκτιμώμενο κόστος: 180,00 €
 - a. Μονής άντλησης θήλαστρο και θηλή
 - b. Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρία
 - c. 2 φάσεων
 - d. Αθόρυβο
 - e. Βάρος: 200 gr (χωρίς μπαταρία)
 - f. Διαστάσεις: 12 x 13 x 5,70 cm
3. Αναίμακτο διαδερμικό χολερυθρινόμετρο, 1 τεμάχιο, εκτιμώμενο κόστος: 2500,00 €
 - a. Εύρος μέτρησης από 0.0 mg/dL to 20.0 mg/dL
 - b. Ακρίβεια μέτρησης ± 1.5 mg/dL
 - c. Φορητό, μικρού όγκου και βάρους
 - d. Οθόνη LCD
 - e. Λειτουργία με μπαταρίες
 - f. Ένα (1) χρόνο εγγύηση
 - g. Να διατίθεται με πλαστικά tips, πολλαπλών χρήσεων ή μιας χρήσης
4. Γυναικολογικό Doppler τσέπης, 1 τεμάχιο, εκτιμώμενο κόστος: 800,00 €
 - a. Χρόνος εξέτασης 1 min
 - b. Ενσωματωμένο Probe συχνότητας 2MHz
 - c. Μεγάλη οθόνη εμφάνισης καρδιακού παλμού
 - d. Αδιάβροχη κεφαλή
 - e. Αυτόματη απενεργοποίηση εάν δεν λαμβάνει σήμα
 - f. Ρύθμιση έντασης του ήχου
 - g. Λειτουργία με μπαταρίες
 - h. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς, σωληνάριο gel, μπαταρίες και οδηγίες χρήσης
 - i. Πιστοποίηση CE

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 08.04.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ