



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 3264/14-06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μηχανημάτων για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Θήρας»
ΣΧΕΤ : α. Την με Αρ. Πρωτ. 2656/24-05-2019 Εισήγηση της Προϊσταμένης Α΄ Νοσηλευτικής Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (4.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	14 Ιουνίου 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στα mail: esarasidou@santorini-hospital.gr και atsafourou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459	21 Ιουνίου 2019	Παρασκευή	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για αγορά μηχανημάτων για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα μηχανήματα είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

1. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ-ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ

ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ- ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ	1ΤΜΧ	<ul style="list-style-type: none"> Να λαμβάνει δείγμα από τριχοειδικό η ολικό φλεβικό αίμα Το εύρος μέτρησης να κυμαίνεται από 4,0g/dl~24,0g/dl Ο χρόνος μέτρησης να είναι <= 10 δευτερόλεπτα Με αρχή λειτουργίας οπτική ανακλαστικότητα Με ισχύς dc 6v (μπαταρίες)



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



--	--	--

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των τριακόσια ευρώ (300 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΥΓΡΩΝ

ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΥΓΡΩΝ	2 τμχ	<p>Οι συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών να</p> <ul style="list-style-type: none"> • είναι σχεδιασμένες για τοποθέτηση σε ορθοστάτη ενδοφλέβιας έγχυσης • να διαθέτουν διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό και ευκολία στη χρήση • να διαθέτουν ψηφιακή οθόνη απεικόνισης τόσο της επιτευχθείσας από την συσκευή θερμοκρασίας όσο και της επιθυμητής θερμοκρασίας από το χρήστη • να διαθέτουν οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης καθώς και σε περίπτωση ανεπαρκούς θέρμανσης • Οι επιθυμητές θερμοκρασίες καθορίζονται από τον χρήστη μέσω διακοπών αφής σε θερμοκρασίες από 33°C έως 42°C σε βήματα 0.5°C.

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1600€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

3. ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΣΗΣ	1 ΤΜΧ	<ul style="list-style-type: none"> • Να είναι κατάλληλη και συμβατή με όλους τους τύπους και διαστάσεις κουβερτών, ενηλίκων και παιδών, για την πρόληψη του φαινομένου της υποθερμίας /υπερθερμίας • Να είναι εύχρηστη χαμηλού επιπέδου θορύβου και ιδιαίτερα αξιόπιστη με μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος • Να συνοδεύεται από βάση στήριξης.



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr



--	--	--

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (2500€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr και atsafourou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 21/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. **Η αποστολή των προσφορών πρέπει να γίνει και στα δύο e-mail και όχι εναλλακτικά.**

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ