

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 5121/04-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαπαροσκοπικού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 5017/30-08-2019 εισήγηση του Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	04 Σεπτεμβρίου 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	11 Σεπτεμβρίου 2019	Τετάρτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια λαπαροσκοπικού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν Θήρας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ & ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	2	Να είναι κατασκευασμένο απο την ένωση με ομοιοπολικό δεσμό τιτανίου και πολυπροπυλενίου, να είναι κατάλληλο για την χειρουργική αποκατάσταση της κήλης με ανοικτή ή λαπαροσκοπική μέθοδο, πυκνής πλέξης. Το πλέγμα να είναι απολύτως βιοσυμβατό λόγω των υλικών κατασκευής του. Τα υλικά κατασκευής και η πυκνότητας αυτών να είναι τέτοια ώστε ο ασθενής να έχει το λιγότερο ξένο σώμα στον οργανισμό του. Όταν κόβεται να μην αφήνει υπολείμματα. Να διατίθεται σε διάσταση 15x20cm, 65gr/m ²
2	ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ MEDIUM/LARGE	20	Να είναι μέγεθος large, να είναι κατάλληλα για κλιπαδόρο Ackerman, Να διατίθεται σε αποστειρωμένη κασέτα των 6 κλιπ.
3	ΛΑΒΙΔΑ ΨΑΛΙΔΙ 5MM	30	Να είναι αποστειρωμένο κατάλληλο για σύνδεση με διαθερμία, να φέρει μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού.
4	ΤΡΟΚΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	60	trocac μιας χρήσεως διαμέτρου 5mm με ατραυματικό άκρο με μήκος κάνουλας 100mm. Να διαθέτει λόγχη σχήματος νυστεριού, διαφανή με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης για ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού των σπλάχνων. Να έχουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα. Να διαθέτει βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα τριών οδών CO ₂ .
5	SET ΤΡΟΚΑΡ 5/12mm (ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ - 1 ΚΑΝΟΥΛΑ)	30	Trocac μιας χρήσεως διαμέτρου 5/12mm, να διαθέτει ατραυματικό άκρο με μήκος κάνουλας 100mm. Να διαθέτει λόγχη σχήματος νυστεριού, διαφανή με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης για ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού των σπλάχνων. Να έχουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα. Να διαθέτει βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα τριών οδών CO ₂ .
6	ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ HASSON ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	30	Να είναι διαμέτρου 5/12mm με κώνο σταθεροποιητή και θέσεις στήριξης ραμμάτων για ανοικτή λαπαροσκοπική τεχνική.
7	ΚΥΡΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΩΝ (dissecteur)	30	Να διαθέτει μακριούς ατραυματικούς σιαγόνες με περιστρεφόμενη και πιστολοειδή λαβή, να συνδέεται με διαθερμία, να είναι διαμέτρου 5mm.

8	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚ Η ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5MM	60	Να διαθέτει ατραυματικές σιαγώνες με περιστρεφόμενο στυλεό και οδοντωτά σκέλη, να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος, να είναι αποστειρωμένη.
9	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ 5MM (με μήκος στειλεού 36cm)	1	Με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 36cm με ενεργοποίηση από το χέρι, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5mm, με δυνατότητα περιστροφής 3600 (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 Khz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Να διατίθεται δωρεάν η πηγή.
10	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚ Ο L-HOOK 5MM	30	

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 11.09.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ