

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 5119/04-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού του αναπνευστήρα HAMILTON – C1 και RAPHAEL -XTC ,του κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 5004/30-08-2019 εισήγηση της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α .

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	04 Σεπτεμβρίου 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	10 Σεπτεμβρίου 2019	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου εξοπλισμού του αναπνευστήρα HAMILTON – C1 και RAPHAEL -XTC ,του κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΟΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HAMILTON - RAPHAEL

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
--	-----------------	------------------------------

Αναπνευστικό κύκλωμα	20 τμχ	<ul style="list-style-type: none"> • Το αναπνευστικό κύκλωμα σωληνώσεων να είναι ομοαξονικού τύπου, μιας χρήσεως, μήκους περίπου 180 cm • Η διάμετρος του σωλήνα εισπνοής να είναι 15 mm (ID) • Η διάμετρος του σωλήνα εκπνοής να είναι 26 mm (ID) • Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα ροής μιας χρήσεως • Η διάμετρος σύνδεσης προς τον αισθητήρα ροής να είναι 15 mm Female, ενώ η διάμετρος σύνδεσης προς τον αναπνευστήρα να είναι 22 mm Female • Η ενδοτικότητα του κυκλώματος σε πίεση 60 cmH₂O να μην υπερβαίνει τα 1,75 ml/cmH₂O • Οι αντιστάσεις εισπνοής-εκπνοής του κυκλώματος στα 30 L/min να μην υπερβαίνουν τα 0,025 cmH₂O/l/min & 0,040 cmH₂O/l/min αντίστοιχα • Το κύκλωμα μίας χρήσεως να έχει την έγκριση του κατασκευαστικού οίκου Hamilton Medical AG. • Να είναι κατάλληλο για τον αναπνευστήρα HAMILTON-C1 και τον αναπνευστήρα RAPHAEL
----------------------	--------	---

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 10.09.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ